


Fwd: Re: Consulta de item de licitação

 **De** <fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br>
Para <diagsulrj@uol.com.br>
Data 2023-07-25 10:52

Bom dia!

Segue resposta.

Att

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: Consulta de item de licitação

Data: 2023-07-25 10:47

De: Almojarifado HSJB <almojarifado.hsjb@gmail.com>

Para: fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br

Bom dia!

Para esclarecimento de dúvida do fornecedor, segue especificação fornecida pela Coord. do Hemonucleo.

"Equipo para administração de sangue, composto de luer lock rotatório com tampa, conjunto pinça rolete, câmara dupla de transfusão com filtro de 200 micra e ponta perfurante trifacetada. Extensão de linha 150cm de tubo de PVC cristal"

Att,

Adriano
Coord. Almojarifado

Em ter., 25 de jul. de 2023 às 08:28,
<fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br> escreveu:

Bom dia!

Segue questionamento do licitante.

Att

----- Mensagem original -----

Assunto: Consulta de item de licitação

Data: 2023-07-24 11:11

De: diagsulrj <diagsulrj@uol.com.br>

Para: fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br

Bom dia,

Iremos participar da licitação 101/2023 de vocês e estamos com dúvida sobre o item nº 12 do termo de referência.

12 - Equipo para transfusão de sangue e hemocomponentes.

A dúvida é: qual a especificação desse equipo? Micro; Macro;

Simple

ou completo?

Precisamos dessa especificação para cotarmos.

Atenciosamente

Renata

Diag sul Comercial Ltda

Av.Orlando Brandão,224- Ano Bom

Barra Mansa-RJ

Te.(24)3323-6532 /3323-6890