



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N° 238/23
FLS N° 134
CARICA FUNC.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2023/SAH

ESCLARECIMENTO COM RESPOSTA

HSJB - PE 103/2023 - GEL - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 20JUL2023



De Rosemary / Licitação <licitacoes1@martellrj.com.br>
Para <fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br>
Cópia <licitacoes@martellrj.com.br>, <licitacoes2@martellrj.com.br>
Data 2023-07-20 15:19



Ilustríssima Sra. Pregoeira, boa tarde!!

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para apresentar os devidos esclarecimentos, a saber:

1- Em análise ao presente Termo de Referência verificamos a exigência dos equipamentos que serão cedidos a termo de comodato, que os mesmos deverão ser: novos, em linha de produção, com no máximo 1 (um) ano de fabricação.

Considerando que atualmente somos a atual fornecedora para os insumos ora licitados, e temos todos os equipamentos solicitados em comodato já instalados na Instituição e em ótima conservação de uso, **solicitamos que seja verificado com a equipe técnica a possibilidade de aceitarem esses mesmos equipamentos que vem atendendo perfeitamente às necessidades do Setor. Caso não seja possível o atendimento, solicitamos que avaliem a possibilidade de alterar a referida cláusula para "Equipamentos novos ou com no máximo 3 (três) anos de fabricação em perfeitas condições de uso."**

Tal solicitação se encontra dentro dos ditames do Princípio da Razoabilidade uma vez que Administração não sofrerá prejuízos nem onerará os licitantes com a exigência de equipamentos apenas novos, o que de certo elevará o custo das propostas apresentadas.

2- No mesmo contexto do tópico acima, verificamos ainda a exigência para os serviços de manutenção preventiva que deverá ocorrer de forma trimestral. Ocorre que, o próprio fabricante recomenda a periodicidade das manutenções preventivas, não sendo necessário um período tão curto entre as mesmas, sobretudo se tratando de equipamentos novos.

Dessa forma, **solicitamos gentilmente, verificar com o Setor Requisitante, a possibilidade da alteração do texto para alterar as manutenções periódicas de acordo com a recomendação do fabricante.**

No aguardo de todas as informações solicitadas, tendo em vista que são essenciais à nossa participação.

No mais, estamos ao dispor.

Atenciosamente,



Martell Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Visite nosso site:
<http://www.martellrj.com.br>

SAC: martell@martellrj.com.br

Rosemary Fiorentini
Setor Comercial – Ramal 205
licitacoes1@martellrj.com.br

Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 199 -
LOJ 101 LOT 1 PAL 46742 - Jacarepaguá - Rio
de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 22.775-022



@martellrj



[facebook.com/martellrj/](https://www.facebook.com/martellrj/)



+55(21)3822-6232 • 3822-3068 • 3899-0767
3087-6585 • 3400-7379 • 2592-9148



<u>FOLHA DE INFORMAÇÃO</u>	PROCESSO	ANO	FOLHA	RUBRICA
	238	2023	136	CPL

AO ALMOXARIFADO/SAH,

Solicitamos emitir **PARECER TÉCNICO** de modo a proceder à análise do esclarecimento constante na fl. 135.

Pedimos que seja encaminhada a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em, 21 de Julho de 2023


FABIANA TEODORO FIGUEIRA
PREGOEIRA/PRESIDENTE DA CPL/SAH



Almoxarifado HSJB <almoxarifado.hsjb@gmail.com>

SAH/HSJB	
PROC. Nº	
FLS Nº	137
FABRICA FUNC.	

Pedido de esclarecimento

hemonucleo@hsjb.org.br <hemonucleo@hsjb.org.br>
Para: Almoxarifado HSJB <almoxarifado.hsjb@gmail.com>

24 de julho de 2023 às 12:38

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Boa Tarde!

Quanto a manutenção dos equipamentos, fica de acordo com a recomendação do fabricante

Att

Marcelle cristina



Almoxarifado HSJB <almoxarifado.hsjb@gmail.com>

SAH/HSJB
PROC. N°
FLS N° 138
RÚBRICA FUNC.

Pedido de esclarecimento

hemonucleo@hsjb.org.br <hemonucleo@hsjb.org.br>
Para: Almoxarifado HSJB <almoxarifado.hsjb@gmail.com>

24 de julho de 2023 às 10:54

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Bom Dia!!

Aceito a mudança do prazo do uso de comodatos pois estão em boa conservação de uso.

Att

Marcelle Cristina



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	ANO	FOLHA	RUBRICA
	238	2023	139	ALMOXARIFADO

De: Almojarifado

Para: CPL

Encaminho email em anexo da Coord. do Hemonucleo, aceitando a mudança do prazo de uso de comodato e a manutenção dos equipamentos ser conforme recomendação do fabricante.

Adriano de Sá Baía
Coordenador de Almojarifado
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SAH/HSJB

Adriano de Sá Baía
Coordenador de Almojarifado
Hospital São João Batista/SAH

Volta Redonda, 24 de julho de 2023



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ


CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242

e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2023

EMPRESA: Martell Comércio de Produtos Hospitalares Ltda



PEDIDO:

Referente ao processo de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2023 SAH/HSJB**, solicitamos os esclarecimentos a seguir:

1 - Em análise ao presente Termo de Referência verificamos a exigência dos equipamentos que serão cedidos a termo de comodato, que os mesmos deverão ser: novos, em linha de produção, com no máximo 1 (um) ano de fabricação.

Considerando que atualmente somos a atual fornecedora para os insumos ora licitados, e temos todos os equipamentos solicitados em comodato já instalados na Instituição e em ótima conservação de uso, **solicitamos que seja verificado com a equipe técnica a possibilidade de aceitarem esses mesmos equipamentos que vem atendendo perfeitamente às necessidades do Setor. Caso não seja possível o atendimento, solicitamos que avaliem a possibilidade de alterar a referida cláusula para "Equipamentos novos ou com no máximo 3 (três) anos de fabricação em perfeitas condições de uso.**

Tal solicitação se encontra dentro dos ditames do Princípio da Razoabilidade uma vez que Administração não sofrerá prejuízos nem onerará os licitantes com a exigência de equipamentos apenas novos, o que de certo elevará o custo das propostas apresentadas.

2- No mesmo contexto do tópico acima, verificamos ainda a exigência para os serviços de manutenção preventiva que deverá ocorrer de forma trimestral. Ocorre que, o próprio fabricante recomenda a periodicidade das manutenções preventivas, não sendo necessário um período tão curto entre as mesmas, sobretudo se tratando de equipamentos novos.

Dessa forma, **solicitamos gentilmente, verificar com o Setor Requisitante, a possibilidade da alteração do texto para alterar as manutenções periódicas de acordo com a recomendação do fabricante.**

RESPOSTA:

Conforme resposta da Coordenação do Hemonúcleo/SAH, segue, conforme e-mail anexo:

"Quanto a manutenção dos equipamentos, fica de acordo com a recomendação do fabricante." (grifo no original)

"Aceito a mudança do prazo do uso de comodatos pois estão em boa conservação de uso." (grifo no original)