SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242

e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



Processo	Folha

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2022

DE: ELAINE LIMA

EMPRESA: SINAL VITAL LTDA

PEDIDO:

ESCLARECIMENTO:

Item: 02 - equipo enteral ponta cruz com filtro de ar.

O edital solicita:

Equipo enteral ponta cruz com filtro de ar.

Sugestão: filtro de ar poderá ser um item opcional, e a saída com ou sem filtro de ar, pois o mesmo não impactaria na utilização do mesmo.

RESPOSTA:

Após avaliação do pedido identificamos que é pertinente a solicitação da empresa Sinal Vital, e facilitando a participação mais ampla ao pregão informamos que tanto os equipos enteral com ponta escalonada quanto os com ponta de cruz atendem as necessidades do Hospital São João Batista.

Claudia Maria Freitas Amorim Assessora Técnica HSJB

Volta Redonda, 15 de Agosto de 2022.

Sandra Pinto Barra Pregoeira – SAH

SERVICO AUTÔNOMO HOSPITALAR





Processo	Folha

RES: Edital PE 151/2022 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - DT 17/08/2022

Caixa de entrada



qua., 10 de ago. 11:07 (há 5 dias)

Elaine Lima - Sinal Vital

para mim, Antonio, Comercial, Bruno, thalles

Ao

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA E O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ Pregão Eletrônico 151/2022 Processo Administrativo nº 551/2022/SAH/HSJB

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – ITEM 02 (Equipo enteral ponta cruz com filtro de ar)

SINAL VITAL LTDA., empresa brasileira, estabelecida na Rua General Belford, 492 - Rocha, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 07.270.468/0001-45, interessada em participar da licitação em epígrafe, vem, mui respeitosamente, solicitar esclarecimentos, na forma exposta abaixo:

Prezados Senhores,

A **SINAL VITAL** tem interesse em participar da licitação acima mencionada. Todavia, após analisar o instrumento convocatório, verifica-se a existência de exigências que podem restringir o número de participantes no certame. Senão vejamos:

Quanto ao item 2, equipo enteral ponta cruz com filtro de ar.

Cumpre-nos observar que o filtro de ar poderá ser um item opcional, e a saída com ou sem o filtro de ar, pois o mesmo não impactaria na utilização do mesmo.

Dessa forma, solicitamos alteração para que saída de filtro de ar seja opcional.

Sem mais para o momento, permanecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

De: Thalles Rocha - Sinal Vital [mailto:thalles@sinalvital.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 10 de agosto de 2022 09:00

Para: 'Bruno Miranda'

'Bruno Miranda'

'Elaine Lima - Sinal Vital'

<elaine@sinalvital.com.br>

Cc: 'Antonio Georgete - Sinal Vital' <antonio@sinalvital.com.br>; 'Comercial - Sinal Vital'

<comercial@sinalvital.com.br>

Assunto: RES: Edital PE 151/2022 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - DT 17/08/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR





Processo	Folha

Boa tarde!

Segue definição:

Iten	n Descrição	Código	Quantidade	Observação			
	1 Equipo PVC comum	EI 0421 0000	12.000	-			
	Equipo enteral Ponta	EI 0623		Não atendemos, pois solicitam filt			
	2 cruz	CT00	9.000	de ar			
	3 Equipo foto	EI 0422 0000	3.500	-			
	Bomba Samtronic Ica	tu S 4.0	396 unidades				

Atenciosamente,

Elaine Lima - Sinal Vital