



PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 161/2023/SAH

PEDIDO

DE

ESCLARECIMENTO

EMPRESA:

RTS RIO S.A

SAH/HSJB
PROC. Nº 523/23
FLS Nº 168
RUBRICA FUNC. [assinatura]



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023

DÊ: SETOR DE LICITAÇÕES

PARA: ASSESSORIA TÉCNICA

EMPRESA: RTS RIO S.A

Pedido de Esclarecimento PE 161/2023 - SAH/HSJB

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161.2023 -
SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR (HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA)**

De Helisa Almeida

Para veronica.barros@voltaredonda.rj.gov.br

Cópia Aline Souza Parreira (RTS - Licitação), Andressa Rosa, Erica Galvão, Melry Lucy Honorato Dos Santos, Guilherme Ferneda, Amanda Messias Ferraz, Marcus Vinicius Barbosa (RTS - Instrumentador Cirúrgico)

Data Ter. 16:12

Esclarecimento PE 161/2023
A Comissão de Licitação e Contratos

Prezados Senhores, boa tarde!

A empresa RTS RIO S.A., estabelecida na Rua Nossa Senhora das Graças, Nº 943, Ramos - Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.031-611, inscrita no CNPJ Nº 04.050.750/0001-29, vem respeitosamente, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital, pela razão de fato e de direito a seguir exposta.

Conforme Anexo 01 - Termo de Referência, observado abaixo

01	02	UNID	Monitor Multiparâmetro - Monitor fisiológico Multiparâmetros com tela integrada de no mínimo 15 polegadas, com controles e ajustes através de tela sensível ao toque. Deve ser pré-configurado ou misto. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 8 valores numéricos para pacientes adultos de alta criticidade. Deve possibilitar modelos de layout de tela personalizáveis como, por exemplo, permitir aumento dos números para melhor visualização; deve realizar cálculo de drogas. Deve apresentar as tendências de oxícardiorespirograma (OxyCRG). Deve possuir tecla de congelamento	41.057,63	82.115,26
----	----	------	---	-----------	-----------

			<p>rápido da tela, armazenamento mínimo de 24 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores e apresentar retrospecto de ao menos uma derivação de ECG em "full- disclosure". Deve possuir ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros;</p> <p>Deve permitir ligação em rede;</p> <p>Deve possuir teclas de atalho para menus e ajustes na própria tela;</p> <p>Deve possuir acessórios e permitir a monitoração dos seguintes parâmetros: ECG, respiração por impedância, SpO2 (oximetria), PNI (pressão não invasiva), 2 canais de PI (pressão invasiva), Frequência de Pulso, 2 canais de temperatura e capnografia. Disponibilização de todos os cabos e sensores para pacientes adultos. Deve permitir operação com bateria recarregável no próprio equipamento e autonomia mínima de 2 horas.</p> <p>Capacidade de atualização de software sem a necessidade de substituição ou atualização de hardware.</p>	
--	--	--	---	--

Questionamento:

Os monitores com autonomia de 60 (sessenta) minutos atendendo todas as especificações solicitadas no edital, serão aceitas?

Ficamos no aguardo do esclarecimento, a fim de sanar todas as dúvidas.

Certas da sua compreensão, agradecemos desde já.

Att.,

Helisa Cristina Guedes De Almeida

ANALISTA DE LICITAÇÃO

+55 21 99629-6579

+55 21 3869-7801

www.rtsrio.com.br

Esta mensagem é reservada. Sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e depende de prévia autorização desta empresa. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta empresa de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente.

SAH/HSJB
PROC. Nº 523/23
FLS Nº 173
RUBRICA FUNC. [assinatura]



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb




	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
FOLHA DE INFORMAÇÃO	523	2023		CPL

A Assessoria Técnica,

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregão 161/2023 que tem como objeto, aquisição de 02 (dois) monitores multiparâmetros, para atender às necessidades da Sala Vermelha do Pronto Socorro do SAH/HSJB.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 29 de Novembro de 2023.


VERÔNICA SIMÕES DE BARROS
PREGOEIRA
SAH/HSJB



PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 161/2023/SAH

RESPOSTA

AO

PEDIDO

DE

ESCLARECIMENTO

EMPRESA:

RTR RIO S.A



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



VOLTA REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE E CONFIANÇA

SAH/HSJB
PROC. Nº 523/23
FL. Nº 178
RUBRICA FUNC.

Volta Redonda, 30 de Novembro de 2023.

Resposta de Pedido de Esclarecimento

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Setor de Licitação

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento para aquisição de monitores para atender as necessidades do Hospital São João Batista/SAH. Processo 0523/2023. Pregão eletrônico 161/2023.

Resposta à RTS RIO S.A.

Os equipamentos em questão serão utilizados em local assistido por gerador , portanto serão aceitos monitores com duração de bateria de pelo menos 60 minutos

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica

Claudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB