



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



Processo	Folha

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2022 COM RESPOSTA.

DE: SETOR DE LICITAÇÕES.

EMPRESA: ENDOBRAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PEDIDO:

Na descrição retirada do edital conforme anexo abaixo, consta como um dos parâmetros solicitados o PIC (pressão intra - craniana), gostaria de saber se o parâmetro é opcional ou se trata-se de um parâmetro obrigatório, tendo em vista que nos monitores multiparâmetros vendidos no Brasil raramente se vende com esta opção, devido a ser um parâmetro de valor elevado trazendo assim a limitação de participação entre mais concorrentes.

RESPOSTA DA ENGENHARIA CLÍNICA

Com relação às dúvidas do parametro de PIC (pressão intracraniana), já conversamos com o fornecedor Endobrax a respeito da mesma, expliquei que hoje usamos a entrada do módulo de PI (pressão invasiva) de nossos monitores para realizar a monitorização do referido parâmetro(PIC).

Volta Redonda, 21 de Setembro de 2022.

Sandra Pinto Barra
Pregoeira – SAH

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2022 SAH/HSJB

Caixa de entrada



Endobrax Licita01 <endobraxlicita01@gmail.com> 20 de set. de 2022 16:05 (há 16 horas)

para mim

RAZÃO SOCIAL: ENDOBRAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

NOME COMPLETO: EMERSON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA

E-MAIL: endobraxlicita01@gmail.com

CNPJ: 07.427.470.0001.85

TELEFONE: (31) 3991-0184

NOME RESPONSÁVEL: EMERSON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA



Processo	Folha

ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2022 SAH/HSJB

Prezada Sra. Sandra, boa tarde!

Venho através deste solicitar esclarecimento referente a descrição do item objeto desta licitação.

Na descrição retirada do edital conforme anexo abaixo, consta como um dos parâmetros solicitados o PIC (pressão intra - craniana) ,gostaria de saber se o parâmetro é opcional ou se trata-se de um parâmetro obrigatório ,tendo em vista que nos monitores multiparâmetros vendidos no Brasil raramente se vende com esta opção,devido a ser um parâmetro de valor elevado trazendo assim a limitação de participação entre mais concorrentes.

01	10	UNID	<p>Monitor Multiparâmetro - Monitor fisiológico Multiparâmetros com tela integrada de no mínimo 12 polegadas, com controles e ajustes através de tela sensível ao toque. Deve ser pré-configurado ou misto e compacto. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 07 curvas em tela com 5 valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal. Deve possibilitar modelos tela personalizáveis como, por exemplo, permitir aumento dos números para melhor visualização; Deve apresentar as tendências de oxícardiorespirograma (OxyCRG). Deve possuir mecanismo de congelamento rápido da tela ou possibilidade de gravação de até 200 curvas para visualização posterior, armazenamento mínimo de 12 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores e apresentar retrospecto de ao menos uma derivação de ECG em "full- disclosure". Deve possuir ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; Deve permitir ligação em rede; Deve possuir teclas de atalho para menus e ajustes na própria tela; Deve permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração por impedância, SpO2 (oximetria), PNI (pressão não invasiva), PI (pressão invasiva), PIC(pressão intracraniana), ETCO2 (capnografia), através de tecnologia sidestream ou mainstream, 2 canais de temperatura, devendo permitir o uso de sensor de temperatura esofágico e sensor de pele. Possuir tecnologia que permita expansão futura dos seguintes parâmetros: Débito Cardíaco e BIS, sem necessidade de modificações profundas na configuração dos componentes e aquisição de licenças de software. Disponibilização de todos os cabos e sensores para pacientes Adulto/ Pediátrico/ Neonatal. Deve permitir operação com bateria recarregável no próprio equipamento e autonomia mínima de 2 horas. Deve apresentar registro na ANVISA. Entrega, instalação e treinamento devem estar inclusos. Além de no mínimo 24 meses de garantia, com manutenção corretivas inclusas durante esse período. O equipamento deverá ser novo, sem uso e em linha de produção.</p>	60.841,91	608.419,10
----	----	------	---	-----------	------------

Desde já agradeço e aguardo retorno!

Atenciosamente,

Nívia Pereira

ENDOBRAX IMP E EXP. LTDA. CNPJ. 24.603.766/0001-29

31 3991-0184 / 9 8876-4681