



Processo	Folha
529/21	

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021

DE: ANDERSON MELLO

EMPRESA: MED CENTER SAÚDE

PEDIDO:

BOM DIA,

Gostaria de uma informação sobre o pregão acima acima citado.
monitoramento individual externa, consistindo em locação de 87 (oitenta e sete) aparelhos de dosímetros, sendo 85 (oitenta e cinco) termoluminescentes (tld) usuários (pessoal) e 02 (dois) padrões, para leitura, registro das doses de radiação recebidas por cada usuários monitorado e emissão dos relatórios mensais e anuais, de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia.
a quantidade de dosímetros individuais são 85 mensais ou 85 anual 8 por mês 85 anuais.

Grato Anderson Mello.

RESPOSTA:

Prezado,

A quantidade TOTAL de aparelhos de dosímetros são 87 (oitenta e sete) POR MÊS, sendo 85 termoluminescentes e 02 padrões, conforme descrito.

Volta Redonda, 02 de Dezembro de 2021.

Kamilla Ribeiro S. Telles
Pregoeira – SAH

Data: Mon, 29 Nov 2021 16:01:50 -0300 [29-11-2021 16:01:50 GMT+3]
De: fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br
Para: kamilla.telles@epdvr.com.br
Assunto: Enc: ENC: 054/2021 SAH/HSJB
Parte(s): [Baixar todos anexos \(em arquivo .zip\)](#)
Cabeçalhos: [Exibir Todos os Cabeçalhos](#)

1 [sem nome](#) [text/plain] 1,08 KB

----- Mensagem encaminhada de sah@hsjb.org.br -----
Data: Mon, 29 Nov 2021 15:20:40 -0200
De: HSJB <sah@hsjb.org.br>
Endereço para Resposta (Reply-To): HSJB <sah@hsjb.org.br>
Assunto: ENC: 054/2021 SAH/HSJB



Processo	Folha
529/21	

Para: fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br

De: comercial [mailto:comercial@medcentersaude.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 12:45
Para: sah@hsjb.org.br
Assunto: 054/2021 SAH/HSJB

BOM DIA,

Gostaria de uma informação sobre o pregão acima acima citado.

monitoramento individual externa, consistindo em locação de 87 (oitenta e sete) aparelhos de dosímetros, sendo 85 (oitenta e cinco) termoluminescentes (tld) usuários (pessoal) e 02 (dois) padrões, para leitura, registro das doses de radiação recebidas por cada usuários monitorado e emissão dos relatórios mensais e anuais, de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia.

a quantidade de dosímetros individuais são 85 mensais ou 85 anual 8 por mês 85 anuais. Grato

Anderson Mello.;




comercial

...

Enviado por UmblMail

----- Final da mensagem encaminhada -----

 2 [sem nome](#) [text/html] 4,44 KB 

Partes alternativas para esta seção: 
 [sem nome](#) [text/plain] 0,92 KB 

 Clique em [AQUI](#) para ver o conteúdo HTML em uma janela separada.

De: comercial [mailto:comercial@medcentersaude.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 12:45
Para: sah@hsjb.org.br
Assunto: 054/2021 SAH/HSJB

BOM DIA,

Gostaria de uma informação sobre o pregão acima acima citado.
monitoramento individual externa, consistindo em locação de 87 (oitenta e sete) aparelhos de dosímetros, sendo 85 (oitenta e cinco) termoluminescentes (tld) usuários (pessoal) e 02 (dois) padrões, para leitura, registro das doses de radiação recebidas por cada usuários monitorado e emissão dos relatórios mensais e anuais, de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia.

a quantidade de dosímetros individuais são 85 mensais ou 85 anual 8 por mês 85 anuais.

Grato

Anderson Mello.;

comercial

...

Enviado por UmblMail