

Data: Tue, 10 May 2022 14:12:47 -0300 [14:12:47 GMT+3]

De: fabiana.figueira@voltaredonda.rj.gov.br

Para: Isabel Cristina <propostas6@handle.com.br>

Assunto: Re: Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 SAH/HSJB ? UASG: 927761

Boa tarde!

Segue resposta da Coordenadora do Centro Cirurgico:

Informo que a fibra deverá ser de uso único, pois não possuímos Esterilização por Óxido de Etileno.

Citando Isabel Cristina <propostas6@handle.com.br>:

Prezada Pregoeira Fabiana, bom dia.

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 SAH/HSJB ? UASG: 927761

Ø Razão social da empresa: HANDLE COM. DE EQUIP. MÉDICOS S.A

Ø Nome completo da Pessoa Física no corpo do e-mail: MARCO FLAVIO TENUTO ROSSI ? Sócio Diretor

Ø CNPJ/CPF, 54 756 242 / 0001 ? 39

Ø Nome do responsável pela empresa ou de quem solicitar a informação: Isabel Cristina de Lima

Ø Telefone para contato: (16) 99641-0680

Esclarecimentos: A fibra de 1000 micras, objeto do pregão, deve ser ofertada de uso único ou reprocessável?

Se for reprocessável, o HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA E O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ possui o serviço de esterilização?

Não localizei no edital quem será o responsável pelos custos da esterilização, se a fibra for reprocessável.

Atte.

[Handle]<<https://handle.com.br/assinatura/logo/>>

Isabel Cristina

Propostas e Licitações

[<http://handle.com.br/assinatura/redes/www.gif>]<<https://handle.com.br/assinatura/redes/www.html>>

[<http://handle.com.br/assinatura/redes/facebook.gif>]

<<https://handle.com.br/assinatura/redes/facebook.html>>

[<http://handle.com.br/assinatura/redes/insta-uro.gif>]

<<https://handle.com.br/assinatura/redes/insta-uro.html>>

[<http://handle.com.br/assinatura/redes/insta-fert.gif>]

<<https://handle.com.br/assinatura/redes/insta-fert.html>>

[<http://handle.com.br/assinatura/redes/linkedin.gif>]

<<https://handle.com.br/assinatura/redes/linkedin.html>>

+55 (16) 3456-1400 | (16) 99641-0680

Av. Santa Luzia, 801 - Jd. Sumaré - Cep 14025-090 - Ribeirão Preto-SP