



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ  
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300  
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



11/163/24  
33

# PREGÃO ELETRÔNICO

## Nº 90057/2024/SAH

### PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

#### EMPRESA:

#### GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES

# PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE Nº 90057/2024 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR - RJ

**De** Souza, Alcilene <Alcilene.Souza@gehealthcare.com>  
**Para** licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>  
**Cópia** Rego Junior, Paulo <Paulo.RegoJunior@gehealthcare.com>  
**Data** 2024-07-24 10:25  
**Prioridade** Mais alta

442 3/24  
9

AO ILUSTRÍSSIMO SERNHOR PREGOREIO DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024  
PROCESSO 163/2024 – SAH/HSJB

OBJETO: 2.1- O objeto da presente licitação é para aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

## ESCLARECIMENTOS

A Empresa **GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**, sediada na Rua Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Galpão 07 – Campina Verde Contagem - MG – CEP 32.150-240 Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº00.029.372/0002-21), vem através dessa solicitar pedido de **ESCLARECIMENTO** de alteração quanto ao **EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024**.

## **DOS FATOS**

Interessada em participar da licitação, a GE verificou a presença de obrigações e especificações técnicas no Edital as quais necessitam ser adequadas por esta Administração em data anterior ao certame.

Assim, a GE solicita a análise do mérito da presente peça, consoante as razões a seguir aduzidas

## **ITEM - 1 - TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DE 16 CANAIS E 32 CORTES QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO**

### **Solicita o edital:**

Comprimento volumétrico: mínimo 140 cm livre de metais;

### **Necessidade de adequação:**

Comprimento volumétrico: mínimo 135 cm livre de metais;

### **Justificativa:**

O equipamento a ser ofertado possui capacidade de realizar exames em uma aquisição contínua de até 135 cm.

Dado que a diferença entre o solicitado atualmente e o presente pedido de adequação é um valor mínimo, e, considerando variações inerentes das características de projeto de cada equipamento, pedimos gentilmente a reavaliação e ajuste deste parâmetro.

Os exames de tomografia são realizados por meio de seleção de estruturas, sendo divididos em protocolos específicos à anatomia estudada. As aquisições de corpo inteiro são muito raras e mesmo quando são realizadas, requerem a seleção de mais de um protocolo devido à distribuição de dose de radiação empregada a cada parte de análise (estudos conjugados). Sendo assim a faixa de 135cm é plenamente suficiente para exames em toda população atendida.

### **Solicita o edital:**

Mesa do paciente: Capacidade suportável de pelo menos: 220 Kg;

### **Necessidade de adequação:**

Mesa do paciente: Capacidade suportável de pelo menos: 180 Kg;

### **Justificativa:**

A capacidade máxima de carga para mesa é de 180kg sendo que não é possível alterar este valor por ser um item característico de projeto. Desta forma solicitamos a adequação do texto para conseguirmos participar em futuro certame.

Especificamente sobre a capacidade de carga da mesa, que é o parâmetro necessário para adequação para nossa participação, a diferença de carga entre o texto atual e o solicitado é essencialmente mínima e não restringirá a realização de exames em pacientes que tenham a possibilidade de serem estudados dentro dos 70 cm de abertura do gantry que estão sendo solicitados nas especificações atuais.

Se tratando de pacientes bariátricos com obesidade graus II e III seria necessário equipamento de ao menos 750mm (75cm) de abertura do gantry para que o paciente consiga passar pelo túnel durante o exame, uma potência geradora de ao menos 50kW para gerar raios X com capacidade de penetração eficiente em alto IMC e uma mesa com capacidade de ao menos 300kg de carga, caso o foco for o atendimento em pacientes essencialmente bariátricos. Desta maneira, reforçamos nosso pedido em

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024

PROCESSO 163/2024 - SAH/HSJB

OBJETO: 2.1- O objeto da presente licitação é para aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

#### ESCLARECIMENTOS

A Empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, sediada na Rua Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Galpão 07 - Campina Verde Contagem - MG - CEP 32.150-240 Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº00.029.372/0002-21), vem através dessa solicitar pedido de ESCLARECIMENTO de alteração quanto ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024.

#### DOS FATOS

Interessada em participar da licitação, a GE verificou a presença de obrigações e especificações técnicas no Edital as quais necessitam ser adequadas por esta Administração em data anterior ao certame.

Assim, a GE solicita a análise do mérito da presente peça, consoante as razões a seguir aduzidas

ITEM - 1 - TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DE 16 CANAIS E 32 CORTES

#### QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO

Solicita o edital:

Comprimento volumétrico: mínimo 140 cm livre de metais;

Necessidade de adequação:

Comprimento volumétrico: mínimo 135 cm livre de metais;

Justificativa:

O equipamento a ser ofertado possui capacidade de realizar exames em uma aquisição contínua de até 135 cm.

Dado que a diferença entre o solicitado atualmente e o presente pedido de adequação é um valor mínimo, e, considerando variações inerentes das características de projeto de cada equipamento, pedimos gentilmente a reavaliação e ajuste deste parâmetro.

Os exames de tomografia são realizados por meio de seleção de estruturas, sendo divididos em protocolos específicos à anatomia estudada. As aquisições de corpo inteiro são muito raras e mesmo quando são realizadas, requerem a seleção de mais de um protocolo devido à distribuição de dose de radiação empregada a cada parte de análise (estudos conjugados). Sendo assim a faixa de 135cm é plenamente suficiente para exames em toda população atendida.

Solicita o edital:

Mesa do paciente: Capacidade suportável de pelo menos: 220 Kg;

Necessidade de adequação:

Mesa do paciente: Capacidade suportável de pelo menos: 180 Kg;

Justificativa:

A capacidade máxima de carga para mesa é de 180kg sendo que não é possível alterar este valor por ser um item característico de projeto. Desta forma solicitamos a adequação do texto para conseguirmos participar em futuro certame.

Especificamente sobre a capacidade de carga da mesa, que é o

163/24  
443  
9

Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a ampliação do número de licitantes e conseqüentemente o alcance da melhor proposta ao Poder Público, requer sejam realizadas as modificações do instrumento editalício do presente certame nos termos expostos na presente, como correta medida de direito.

24/4/24  
163/24  
③

Atenciosamente

Alcilene Souza

GE Healthcare Technologies

Government Assistant

M +55 81 98220 1199

[alcilene.souza@gehealthcare.com](mailto:alcilene.souza@gehealthcare.com)

[www.gehealthcare.com](http://www.gehealthcare.com) [1]

Links:

[1] <http://www.gehealthcare.com/>

Prezados, boa tarde!

O pregão está suspenso para fazer umas alterações no edital, acompanhe nos sites a nova data e novo edital retificado.

Atenciosamente,

Sandra Barra



Volta Redonda, 29 de Julho de 2024.

### Esclarecimento Processo 0163/2024

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Setor de Licitação

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa Ge Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médicos-Hospitalares LTDA com relação às especificações técnicas para a compra de Tomógrafo Computadorizado destinado a atender as demandas do Setor de Imagem do Hospital São João Batista processo 0163/2024.

O EDITAL SOLICITA: Comprimento volumétrico: mínimo de 140cm livre de metais;

Pedido de Alteração: Comprimento volumétrico: mínimo de 135cm livre de metais;

Ajuste **aceito**: por se tratar de uma alteração consideravelmente pequena, o pedido de alteração foi aceito.

O EDITAL SOLICITA: Capacidade suportável de pelo menos: 220 Kg;

Pedido de Alteração: Capacidade suportável de pelo menos: 180 Kg.

Ajuste **negado**: É fundamental que a instituição mantenha a capacidade suportável de carga 220 kg, visto que irá atender os mais variados perfis de pacientes, incluindo aqueles que possuem limitações físicas, pacientes com sobre peso ou até mesmo pacientes encaminhados dos próprios leitos hospitalares que necessitam do acompanhamento de acessórios de suporte a vida (cilindro de oxigênio, dentre outros) ou imobilização durante a realização do exame, portanto, a abrangência do público alvo será maior.

Cláudia Maria Freitas de Amorim

Assessora Técnica

Claudia Maria Freitas de Amorim  
Assessora Técnica  
HSJB