





SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90057/2024

SOLICITAÇÃO

DE

ESCLARECIMENTO

EMPRESA:

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA

ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024 – SAH MUNICIPIO DE VOLTA REDORND A



De Goncalves, Kesley Mendes <kesley.goncalves@siemens-healthineers.com>

Para licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>

Data 2024-09-26 09:56



A

SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR- SAH

MUNICIPIO DE VOLTA REDORND A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024

PROCESSO 163/2024

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no **CNPJ n nº. 01.449.930/0006-02**, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no **CNPJ sob 01.449.930/0001-90** interessada em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024** vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:

areo energético

Solicita a convocação: "Saída nominal de luz de pelo menos 500cd/m²;"

Esclarecemos que o equipamento que desejamos ofertar possui dois monitores de 19" com tecnologia TFT e resolução de 1024x1280 com um brilho máximo de 350 cd/m². Com base em nossa experiência de mercado mundial, entendemos que estas especificações são suficientes para que os procedimentos solicitados sejam realizados no equipamento com excelência na visualização de estruturas, e que o brilho máximo apresentado em nosso produto irá atender perfeitamente as necessidades do hospital. Dessa forma podemos considerar que serão aceitas propostas de equipamentos com monitores de brilho máximo 350 cd/m²?


Solicitamos a gentileza de enviar a resposta por e-mail em tempo hábil para participação da Siemens no presente certame.

Atenciosamente,
Kesley Mendes Goncalves


Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.
SHS AM LAM BRA FI DI CM PS
Mutinga, 3800
05110-902 São Paulo-SP, Brasilien
Cel.: +55 11 94303-8400
<mailto:kesley.goncalves@siemens-healthineers.com>



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-62 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024



DÊ: SETOR DE LICITAÇÕES

PARA: ASSESSORIA TÉCNICA

EMPRESA: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 90057-2024 – HSJB/SAH

ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024 – SAH MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA

De Goncalves, Kesley Mendes

Para licitacao@hsjb.org.br

Data Qui. 09:56

Resumo Cabeçalhos Texto simples

A

SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR- SAH

MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024

PROCESSO 163/2024

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no **CNPJ n nº. 01.449.930/0006-02**, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no **CNPJ sob**



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
	163	2024	694	CPL

A Assessoria Técnica

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregão 90057/2024 que tem como O objeto da presente licitação é **para aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 27 de Setembro de 2024.


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA
SAH/HSJB



SAH/HSJB
PROC. Nº 163/24
FL. Nº 695
RUBRICA

Volta Redonda, 02 de Outubro de 2024.

Esclarecimento Processo 0163/2024

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para :Licitação

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda com relação às especificações técnicas para a compra de Equipamentos de Diagnóstico por Imagem- arco cirúrgico- destinado a atender as demandas Setor de Imagem do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista processo 0163/2024 pregão 90057/2024. Sendo:

Especificações do Monitor:

O edital solicita: “[...]SAÍDA NOMINAL DE LUZ DE PELO MENOS 500CD/M² [...]”

Sugestão de alteração: “[...]SAÍDA NOMINAL DE LUZ DE PELO MENOS 350CD/M² [...]”

Resposta: O descritivo em questão visa uma melhor qualidade de imagem. Quanto maior a saída nominal, melhor resolução, o que é essencial para otimização de imagem para o cirurgião garantindo uma cirurgia com melhor qualidade o que é o objetivo desta aquisição. Portanto o pedido de alteração foi **negado**.


Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB