




SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-62 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAM/HSJB
PROC. N° 265/24
FLS N° 62
RUBRICA FUNC. (3)

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90057/2024

SOLICITAÇÃO

DE

ESCLARECIMENTO

EMPRESA:

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

PEDIDO DE REVISÃO DO EDITAL - PE – 90057 – 2024 - SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA (SAH) – VOLTA REDONDA – RJ



De Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>
Para licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>
Cópia Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon.com>, Rafael Moreira <rafael.moreira@br.medical.canon>, adrianamonteiro@2asolucoes.com.br <adrianamonteiro@2asolucoes.com.br>, josepose@2asolucoes.com.br <josepose@2asolucoes.com.br>, Andre Silva <andreluis@2asolucoes.com.br>, André Camargo <andrecamargo@2asolucoes.com.br>, licitacao@2asolucoes.com.br <licitacao@2asolucoes.com.br>
Responder para Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>, Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon.com>
Data 2024-09-25 15:37

PED. REVISÃO.pdf (~190 KB) EDITAL PE 90057_24.pdf (~2.1 MB) RELACAO DE ITENS.pdf (~59 KB) PROCURAÇÃO MARLY.pdf (~313 KB)

Uso Público



AO

SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR (SAH)

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

VOLTA REDONDA – RJ

EDITAL RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2024 - SAH/HSJB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024

OBJETO: O objeto da presente licitação é para aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Ilmo. Pregoeiro(a) e Comissão,

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35, vem solicitar **revisão das especificações técnicas**, referente ao ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 02 – EQUIPAMENTO DE RAIOS X FIXO DIGITAL COM 02 DETECTORES, pelos seguintes motivos no documento em anexo.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DO EMAIL

Atenciosamente,

Rosangela Sodré

Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação

Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120

P (55 11) 4134-0135 |

E licitacao@br.medical.canon / rosangela.sodre@br.medical.canon | W br.medical.canon

Canon

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

Made For life

Campinas (SP), 25 de setembro de 2024.

AO
SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR (SAH)
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
VOLTA REDONDA – RJ

EDITAL RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2024 - SAH/HSJB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024



OBJETO: O objeto da presente licitação é para aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35, vem solicitar **revisão das especificações técnicas**, referente ao **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 02 – EQUIPAMENTO DE RAIOS X FIXO DIGITAL COM 02 DETECTORES**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Alterações

- Onde se lê: "O equipamento deve possuir controle automático de exposição e indicação de dose no paciente, conforme norma IEC."
- Ajustar para: "O equipamento deve possuir controle automático de exposição, conforme norma IEC."

Justificativa: Atualmente, as empresas fabricantes de equipamentos radiológicos oferecem soluções que se alinham às exigências de aquisição estabelecidas nos termos de referência. Como exemplo, os detectores digitais, especialmente aqueles compostos por Iodeto de cério (CsI), demonstram uma sensibilidade elevada, permitindo a redução dos parâmetros radiográficos, com um tamanho de pixel variando de 125 a 140 micrômetros. Além disso, essas soluções já incorporam recursos como o Controle de Exposição Automática (AEC), proporcionando uma otimização significativa dos procedimentos radiográficos ao ajustar automaticamente os parâmetros de exposição, resultando em imagens de alta qualidade com doses de radiação reduzidas. Adicionalmente, a inclusão de grades antidifusoras proporciona uma maior eficácia na absorção de radiação dispersa, contribuindo para a melhoria da qualidade da imagem radiográfica e a redução da dose de radiação recebida pelo paciente. Portanto, a implementação do Dose Area Product - DAP torna-se dispensável, dada a presença desses avanços tecnológicos que já oferecem uma abordagem eficiente e segura em termos de radiologia e dose.

- Onde se lê: "Software de aquisição e gerenciamento totalmente em português."
- Ajustar para: "Software de aquisição e gerenciamento em português ou inglês."

Justificativa: O software que acompanha o equipamento possui todas as funções solicitadas, até mesmo inclusa a função stitching. No dia da aplicação, o application dedicado da Canon já deixará todas as funções pré-programadas pedidas pelo Órgão, além de ajudar no uso de todas as funcionalidades. Não só isso, na manipulação das imagens durante o pós-processamento, o operador consegue livremente realizar anotações em português, de forma que o idioma não se torna um impeditivo para a utilização do sistema. Dessa maneira, sugerimos a nova redação, que além de ampliar a competitividade, delimita a performance mínima do sistema. Além disso, a manutenção dos itens acima limitará a participação de várias empresas, ferindo a isonomia do processo.



1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri

Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabellião



LIVRO 953 - PÁGINAS 295/296 - 1º TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.



PROG. N.º 16324
FLS. Nº 684
C.C. FUNC. 3

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que aos **treze (13)** dias do mês de **março (03)** do ano de **dois mil e dezoito (2018)**, da Era Cristã, o Escrevente do Primeiro Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri, Estado de São Paulo, dirigiu-se em diligência a Avenida Ceci, 328, Tamboré I, neste município, atendendo a solicitação da OUTORGANTE, **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.563.938/0001-10, com sede à Avenida Ceci, 328, Tamboré I, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-120, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35.202.185.787, em sessão de 16/04/1974, com sua Consolidação Contratual formalizada através da Sexagésima Sétima Alteração do Contrato Social datada de 26/02/2018, registrada na JUCESP sob n.º 108.995/18-5, em sessão 02/03/2018, cujas cópias autenticadas acompanhadas da Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP em 12/03/2018, ficam arquivadas nestas notas em pasta própria de 011/2018, folhas 194/214, sendo neste ato nos termos da Cláusula 7ª, Parágrafos 1º e 2º do contrato social consolidado mencionado, representada pelo Diretor Presidente, senhor **FLAVIO HENRIQUE GOMES PINHEIRO MARTINS**, RG. M-3.620.135-SSP/MG, CPF/MF. 653.593.996-00, brasileiro, casado, administrador, domiciliado na Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri/SP. O presente reconhecido e identificado como sendo o próprio de quem trata, do que dou fé. O representante legal da mandante declara - sob responsabilidade civil e penal - que não há qualquer alteração contratual posterior a mencionada acima. Então, pela outorgante na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante **procuradora MARLY SAYURI EISHIMA**, RG 18.157.997-2-SSP/SP, CPF/MF 110.896.598-90, brasileira, casada, Gerente de Vendas Públicas, com endereço profissional na Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri/SP, a quem confere poderes para representar a empresa outorgante perante quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Ministérios, Secretarias, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Fundações Públicas ou Privadas, Empresas Públicas, nas licitações do tipo: concorrências públicas, Pregões, Tomadas de Preço ou Convites; podendo para tanto participar das licitações oferecendo produtos comercializados pela outorgante nas quantidades e prazos solicitados, impetrar ou desistir de recursos, apresentar lances e negociar preços, nas licitações na modalidade Pregão e demais tipos, retirar editais, formulários, empenhos, solicitar vistas de processo podendo requisitar peças, certidões, extratos, credenciar representantes com os mesmos poderes a ele conferidos, atender as exigências formuladas nos editais, anuir, transigir ou renunciar em nome da Empresa, receber notificações e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODOS TERRITÓRIOS NACIONAIS, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, RESERVA ESTE DOCUMENTO

União Internacional de Notários do Brasil (Fundada em 1944)



01072602482777.000234877-3

P:08990 R:001977

Ubiratan Pereira Guimarães


1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri
Alameda Grajaú, 279 - Alphaville - Cep 06454-050 - Fone/Fax: 11-4166-7777
tabelião@tabeliãodebarueri.com.br - www.tabeliãodebarueri.com.br

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

14 MAR. 2018

POR ATO
R\$ 3,45




AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPRODUÇÃO REDUZIDA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO. DOU FE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Collina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024

DÊ: SETOR DE LICITAÇÕES

PARA: ASSESSORIA TÉCNICA

EMPRESA: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 90058.2028 - SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA

PEDIDO DE REVISÃO DO EDITAL - PE – 90057 – 2024 - SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA (SAH) – VOLTA REDONDA – RJ

De Rosangela Sodre

Para licitacao@hsjb.org.br

Cópia Licitações CMB, Rafael Moreira, adrianamonteiro@2asolucoes.com.br, josepose@2asolucoes.com.br, Andre Silva, André Camargo, licitacao@2asolucoes.com.br

Responder para Rosangela Sodre, Licitações CMB

Data Hoje 15:37

Resumo Cabeçalhos Texto simples

- PED. REVISÃO.pdf(~190 KB)
- EDITAL PE 90057_24.pdf(~2.1 MB)
- RELACAO DE ITENS.pdf(~59 KB)
- PROCURAÇÃO MARLY.pdf(~313 KB)

Uso Público



AO

SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR (SAH)

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

VOLTA REDONDA – RJ

EDITAL RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2024 - SAH/HSJB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024

OBJETO: O objeto da presente licitação é para aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Ilmo. Pregoeiro(a) e Comissão,

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº **46.563.938/0014-35**, vem solicitar **revisão das especificações técnicas**, referente ao **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 02 – EQUIPAMENTO DE RAIOS X FIXO DIGITAL COM 02 DETECTORES**, pelos seguintes motivos no documento em anexo.

Atenciosamente,

Rosangela Sodré

Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação

Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120

P (55 11) 4134-0135 |



Alterações:

- Onde se lê: "O equipamento deve possuir controle automático de exposição e indicação de dose no paciente, conforme norma IEC."
- -Ajustar para: "O equipamento deve possuir controle automático de exposição, conforme norma IEC."

Justificativa: Atualmente, as empresas fabricantes de equipamentos radiológicos oferecem soluções que se alinham às exigências de aquisição estabelecidas nos termos de referência. Como exemplo, os detectores digitais, especialmente aqueles compostos por Iodeto de césio (CsI), demonstram uma sensibilidade elevada, permitindo a redução dos parâmetros radiográficos, com um tamanho de pixel variando de 125 a 140 micrômetros. Além disso, essas soluções já incorporam recursos como o Controle de Exposição Automática (AEC), proporcionando uma otimização significativa dos procedimentos radiográficos ao ajustar automaticamente os parâmetros de exposição, resultando em imagens de alta qualidade com doses de radiação reduzidas. Adicionalmente, a inclusão de grades antidifusoras proporciona uma maior eficácia na absorção de radiação dispersa, contribuindo para a melhoria da qualidade da imagem radiográfica e a redução da dose de radiação recebida pelo paciente. Portanto, a implementação do Dose Area Product - DAP torna-se dispensável, dada a presença desses avanços tecnológicos que já oferecem uma abordagem eficiente e segura em termos de radiologia e dose.

- Onde se lê: "Software de aquisição e gerenciamento totalmente em português."
- Ajustar para: "Software de aquisição e gerenciamento em português ou inglês."

Justificativa: O software que acompanha o equipamento possui todas as funções solicitadas, até mesmo inclusa a função stitching. No dia da aplicação, o application dedicado da Canon já deixará todas as funções pré-programadas pedidas pelo Órgão, além de ajudar no uso de todas as funcionalidades. Não só isso, na manipulação das imagens durante o pós-processamento, o operador consegue livremente realizar anotações em português, de forma que o idioma não se torna um impeditivo para a utilização do sistema. Dessa maneira, sugerimos a nova redação, que além de ampliar a competitividade, delimita a performance mínima do sistema. Além disso, a manutenção dos itens acima limitará a participação de várias empresas, ferindo a isonomia do processo.

DO PEDIDO:

Serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alterações, acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,
Pede Deferimento
Atenciosamente,

SANITIZADO
PROC. N° 16324
FLS N° 666
RUBRICA FUNC. [assinatura]



MARLY SAYURI EISHIMA

GERENTE DE VENDAS PUBLICAS

RG N° 18.157.997-2 SSP/SP

CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA


Av. Pierre Simon DE Laplace, 965

Techno Park - CEP 13069-320

CAMPINAS - SP



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
FOLHA DE INFORMAÇÃO	163	2024	689	CPL

A Assessoria Técnica

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregão 90057/2024 que tem como objeto da presente licitação é **para aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 26 de Setembro de 2024.


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA
SAH/HSJB



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N° 163124
FL. N° 695
RUBRICA

Volta Redonda, 02 de Outubro de 2024.

Esclarecimento Processo 0163/2024

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Setor de Licitação

Assunto: Solicitação de revisão pela empresa Canon Medical com relação às especificações técnicas para a compra de Raios-x Fixo destinado a atender as demandas do Setor de Imagem do Hospital São João Batista processo 0163/2024 fls

O EDITAL SOLICITA: O equipamento deve possuir controle automático de exposição e indicação de dose no paciente, conforme norma IEC.

Pedido de Alteração: O equipamento deve possuir controle automático de exposição, conforme IEC.

Resposta: **Negado**

Justificativa: Continuaremos em conformidade com a norma IEC mantendo o descritivo :

[..O equipamento deve possuir controle automático de exposição e indicação de dose no paciente]

O EDITAL SOLICITA: Software de aquisição de gerenciamento totalmente em português.

Pedido de Alteração: Software de aquisição e gerenciamento em português ou inglês.

Resposta: **Negado**

Justificativa: O software em português facilita a usabilidade do equipamento diante disso, manteremos a solicitação.


Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB