




SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90058/2024/SAH

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EMPRESA:

SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Collina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2024

DÊ: SETOR DE LICITAÇÕES

PARA: ASSESSORIA TÉCNICA

EMPRESA: SHELL LIFE LTDA.

**Pedido de Esclarecimento PE 90058/2024 - Processo 107/2024 - SAH/HSJB -
ENC: Pedido de esclarecimento PE 90058/2024**

De Geremias Carneiro em 2024-07-26 14:52

- [EDITAL-PE-90058-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.pdf\(~2,3 MB\)](#)

Boa tarde!

Venho através deste e-mail solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico nº 90058/2024, especificamente do item 02.

É solicitado em TR - **MEMÓRIA: Permitir armazenar pelo menos, 20 eventos com data e hora e traçado de ECG.**

No entanto nosso equipamento permite que ele tenha pelo menos 24 horas de curvas de ECG consecutivas. Será aceito o equipamento com essas características?

Destacamos que este simples ajuste no TR, tem o objetivo de favorecer a ampla concorrência entre os fabricantes.

Atenciosamente,

De: Geremias Carneiro administrativo@shell-life.com.br

Enviada em: sexta-feira, 26 de julho de 2024 14:39

Para: 'licitacao@hsjb.org.br'



Volta Redonda, 07 de Agosto de 2024.

Esclarecimento Processo 0107/2024

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Setor de Licitação

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa Shell Life Material Hospitalar com relação às especificações técnicas para a compra de Equipamentos Médicos Hospitalares destinados a atender as demandas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista processo 0107/2024.

Item 2:

Questionamento: Para confirmação, tecnologia que possuem carga selecionável para paciente, adulto/pediátricos/neonatais de 1 a 360J serão permitidas?

Resposta: Sim.

Item 3:

Questionamento: Para as centrais que acompanham os monitores é solicitado: "Cada central deverá receber informação de pelo menos, 10 (dez) leitos e também dos ventiladores pulmonares". Todavia, alertamos que usualmente as centrais permitem a interface e transmissão de dados com equipamentos da mesma marca, desta forma, questionamos, a instituição possui marca padronizada? Caso sim, para qual marca? Caso não, serão aceitos equipamentos que não realizam a comunicação?

Resposta: Após verificarmos o sistema atual no mercado, vemos que há uma tendência para integração na maioria das marcas no melhoramento e otimização na comunicação entre elas. Portanto para tornarmos mais eficiente e atender de forma satisfatória a demanda da população será mantido o que foi solicitado: "Cada central deverá receber informação de pelo menos, 10 (dez) leitos e também dos ventiladores pulmonares". Além disso, a solicitação partiu do corpo clínico.

Item 11:

Questionamento: Para confirmação, o monitor multiparâmetros que acompanha o aparelho de anestesia, deve estar habilitado como o parâmetro de Agentes Anestésicos ou é possibilidade futura?

Resposta: É essencial que o analisador de agente anestésico esteja incluído no aparelho de anestesia conforme já utilizado hoje no centro cirúrgico do hospital se fizer parte do Monitor multiparâmetros será satisfatório.

Cláudia Maria Freitas de Amorim

Assessora Técnica