



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR  
Hospital São João Batista  
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ  
CEP: 27253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-62 - Tel: (24) 3512-8300  
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



25/7  
PROC. N° 304/24  
ELS N°  
SALA 4 HINC

# **PREGÃO ELETRÔNICO**

## **Nº 90058/2024/SAH**

### **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**EMPRESA:**

**DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. /  
DRÄGER SAFETY DO BRASIL LTDA.**

# <Dräger Pedido de Esclarecimento> HOSPITAL SAO JOAO BATISTA\_Pregão Eletrônico Nº 90058/2024

De Lima, Claudia <claudia.lima@draeger.com>

Para licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>


Cópia Sena, Marcia <marcia.sena@draeger.com>, Silva, Joyce <Joyce.Silva@draeger.com>, Lima, Mariana <mariana.lima@draeger.com>

Data 2024-07-25 17:26

1. Catálogo Atlan\_A300\_.pdf (~1005 KB)

Internal

HOSPITAL SAO JOAO BATISTA  
Pregão Eletrônico Nº 90058/2024  
Processo Nº 107/2024 SAH/HSJB



Prezados,

A **Dräger do Brasil**, CNPJ Nº 61.185.922/0001-05, interessada em participar dos ITENS 03;10;11 e 14 do pregão referenciado, vem através do presente solicitar os seguintes esclarecimentos:

### 1º ESCLARECIMENTO Do descritivo ITEM 11

O edital solicita: "móvel com no mínimo 2 até 3 gavetas"

No intuito de participarmos da concorrência, gostaríamos de saber a respeito do quantitativo de gavetas citado no termo de referência. Temos notado uma tendência mundial dos fabricantes na redução do número de gavetas dos aparelhos de anestesia por conta da ergonomia do corpo clínico. Com a redução do número de gavetas, os materiais que antes precisavam ser procurados dentro de gavetas, agora ficam em fácil acesso para uso durante o procedimento cirúrgico. Os fabricantes têm desenvolvido bancadas de trabalho maiores, no conceito "tudo a vista", que traz um tempo de resposta melhor da equipe clínica ao precisar acessar insumos e outros itens que antes ficavam "escondidos". Foi pensando nessa, e em outras melhorias que desenvolvemos o Atlan. Esse equipamento lançado no Brasil há 3 anos, já é homologado em grandes redes e centros de referência por todo o país. Atualmente, a versão que temos disponível possui 1 gaveta, e traz uma série de outros benefícios clínicos e econômicos, que **podem ser observados no catálogo em anexo**. Aguardamos sua análise para saber se podemos seguir na concorrência, apresentando nossa proposta com o modelo Atlan A300.

### 2º ESCLARECIMENTO Do PRAZO DE ENTREGA:

O edital solicita: 4.1 - Condições de entrega: A realização dos serviços de instalação ou entrega do objeto serão mediante nota de empenho no prazo máximo de 60(sessenta) dias corridos após solicitação da requisitante

Nossos produtos são de procedência importada e devido a complexibilidade/alto custo de fabricação mantemos um estoque programado. Ocorre que todo trâmite necessário a nacionalização do produto, no processo de importação é moroso e depende exclusivamente das autoridades aduaneiras, sendo as razões da demora, alheia à vontade dos fornecedores. E, sendo fato impositivo de força maior impossibilita que a entrega seja efetuada no prazo exigido no edital.

Diante do fato exposto, para não ocorrer atraso na entrega, solicitamos que o órgão análise receber propostas com prazo de entrega para 90(noventa) dias, dessa forma asseguramos o compromisso assumido na apresentação da proposta. Com toda certeza, tendo a disponibilidade do produto antes desse prazo, faremos a entrega com celeridade.

### 3º ESCLARECIMENTO Do Treinamento:

O edital pede: \* compromisso de treinamento operacional quantas vezes isso for solicitado; perguntamos; será aceito treinamento nessa condição: Os treinamentos operacionais poderão ser programados em até 3 dias úteis considerando os horários entre 7h e 18h, não ultrapassando 8 horas diárias. Cabe ao comprador realizar o agendamento dos treinamentos com pelo menos 2 (duas) semanas de antecedência considerando que a instalação já tenha sido realizada. Em caso de necessidade de reciclagem, a mesma poderá ser realizada de forma virtual, durante o período da garantia.

### ESCLARECIMENTO Do Prazo de Atendimento:

O edital pede: 4.10.1- Os atendimentos corretivos durante o período de garantia devem ocorrer num prazo de até 24 horas após a abertura do chamado. Solicitamos dilatação no prazo para atendimento de 24h para 48 horas úteis após abertura do chamado.

Desde já atenção dispensada e ficamos no aguardo do retorno.

Em gentileza confirmar o recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida siga à disposição.

Atenciosamente,

Claudia Lima

Analista de Licitações

Licitações

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil

Tel: 11 4689-4900 Ramal 4429

[claudia.lima@draeger.com](mailto:claudia.lima@draeger.com)

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Ouvidoria Dräger | [Canal de Integridade](#)

## Tecnologia para a Vida



**Nosso CNPJ mudou!**

Atualize seu cadastro! Clique no link abaixo para saber mais.

[Clique Aqui](#)

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa [Política de Proteção de Dados](#)

This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.



**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**  
Hospital São João Batista  
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ  
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242  
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
	107	2024		CPL

### A Assessoria Técnica

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregão 90058/2024 que tem como objeto, a aquisição de equipamentos hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 26 de Julho de 2024.

  
SANDRA PINTO BARRA  
PREGOEIRA  
SAH/HSJB



Volta Redonda, 07 de Agosto de 2024.

### **Esclarecimento Processo 0107/2024**

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Setor de Licitação

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa Drager Safety do Brasil LTDA. com relação às especificações técnicas para a compra de Equipamentos Médicos Hospitalares destinados a atender as demandas da Unidade de Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista processo 0107/2024.

#### Item 11

O EDITAL SOLICITA: Móvel com no mínimo 2 até 3 gavetas.

Questionamento: Atualmente a versão atual que temos disponível possui 01 gaveta, e traz uma série de outros benefícios clínicos e econômicos, que podem ser observados no catálogo em anexo. Aguardamos sua análise para saber se podemos seguir na concorrência, apresentando nossa proposta com o modelo Atlan A300.

Resposta: Atualmente o hospital possui um modelo de equipamento da Drager, Atlan A300XL que possui 02 gavetas e um gavetão maior na parte de baixo. De acordo com o site da Drager, o Atlan A300 também possui um gavetão na parte de baixo, além da gaveta na parte superior. Diante disso, será aceito o modelo.

#### Do Prazo de Entrega:

O EDITAL SOLICITA: 4.1: condições de entrega: A realização dos serviços de instalação ou entrega do objeto serão mediante nota de empenho no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos após solicitação do requisitante.

Questionamento: Solicitamos que o órgão analise receber propostas com prazo de entrega para 90 (noventa) dias, dessa forma, asseguramos o compromisso assumido na apresentação da proposta.

Resposta: A inauguração do hospital está prevista para Outubro, diante disso, o prazo de 60 dias corridos será mantido.

#### Item 10

O EDITAL SOLICITA: Treinamento operacional por 1 ano, quantas vezes isso for solicitado.

Questionamento: será aceito treinamento nessa condição: Os treinamentos operacionais poderão ser programados em até 03 dias úteis considerando os horários entre 7h e 18h, não ultrapassando 8 horas



diárias. Cabe ao comprador realizar o agendamento dos treinamentos com pelo menos, 02 (duas) semanas de antecedência considerando que a instalação já tenha sido realizada. Em caso de necessidade de reciclagem, a mesma poderá ser realizada de forma virtual.

Resposta: Sim.

Prazo de atendimento:

O EDITAL SOLICITA: Os atendimentos corretivos durante o período de garantia devem ocorrer num prazo de até 24 horas após a abertura do chamado.

Questionamento: Solicitamos dilatação no prazo para atendimento de 24h para 48h após a abertura do chamado.

Resposta: Por se tratar de um processo com muitos equipamentos de diversas criticidades ou importâncias que podem significar parar uma sala cirúrgica, por exemplo, o tempo de 24h será mantido.

Cláudia Maria Freitas de Amorim  
Assessora Técnica