




SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ  
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300  
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



## PREGÃO ELETRÔNICO

**Nº 90058/2024/SAH**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**


**EMPRESA:**

**PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

# ESCLARECIMENTO, PE 90058/2024



**De** Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>  
**Para** licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>  
**Cópia** Ana Beatriz Higashizima <ahigashizima@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>  
**Data** 2024-07-25 15:19



Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,  
**Ref.: PE 90058/2024 – ITEM 2: “EQUIPAMENTO/PARA DESFIBRILAÇÃO/ CARDIOVERSÃO”**

Para confirmação, tecnologias que possuem carga selecionável para paciente s adultos/pediátricos/neonatais de 1 a 360J serão permitidas?

**Ref.: PE 90058/2024 – ITEM 3: “MONITOR MULTIPARÂMETROS 07 PARÂMETROS”**

Para as centrais que acompanham os monitores é solicitado: “Cada central deverá receber informação de pelo menos, 10 (dez) leitos e também dos ventiladores pulmonares”. Todavia, alertamos que usualmente as centrais permitem a interface e transmissão de dados com equipamentos de mesma marca, desta forma, questionamos, a instituição possui marca padronizada? Caso sim, para qual marca? Caso não, serão aceitos equipamentos que não realizam a comunicação?

**Ref.: PE 90058/2024 – ITEM 11: “APARELHO DE ANESTESIA”**

Para confirmação, o monitor multiparâmetros que acompanha a anestesia, deve estar habilitado com o parâmetro de Agentes Anestésicos ou é possibilidade futura?

Aguardo retorno,  
Atenciosamente,



**Bruna Padovan Marcondes dos Santos**  
Engenheira Biomédica – Especialista de Produtos Licitação

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.  
Av. Prof. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini  
37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil  
Tel.:0800 606 4698  
[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.  
Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.  
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).  
Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.  
If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**

Hospital São João Batista

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ

CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242

e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalivr.com/hsjb



	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
<b>FOLHA DE INFORMAÇÃO</b>	107	2024		CPL

**A Assessoria Técnica**

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregão 90058/2024 que tem como objeto, a aquisição de equipamentos hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 26 de Julho de 2024.

  
SANDRA PINTO BARRA  
PREGOEIRA  
SAH/HSJB



Volta Redonda, 07 de Agosto de 2024.

### Esclarecimento Processo 0107/2024

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Setor de Licitação

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa Prolife Equipamentos Médicos LTDA com relação às especificações técnicas para a compra de Equipamentos Médicos Hospitalares destinados a atender as demandas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista processo 0107/2024.

Item 2:

Questionamento: É solicitado em TR – MEMÓRIA: **Permitir armazenagem pelo menos, 20 eventos com data e hora e traçado ECG.** No entanto nosso equipamento permite que ele tenha 24 horas de curvas de ECG consecutivas. Será aceito o equipamento com essas características? Destacamos que este simples ajuste no TR, tem o objetivo de favorecer a ampla concorrência entre os fabricantes.

Resposta: No atual mercado, vemos que há uma tendência para permitir armazenagem em memória interna na maioria das marcas, inclusive no catálogo do Cardioversor da marca Prolife, modelo DF8, consta a informação de que o equipamento possui memória para armazenar 10.000 eventos, além das 24 horas de ECG. Diante disso, seguiremos com o solicitado no edital: permitir a armazenagem pelo menos, 20 eventos com data e hora e traçado ECG.

	7500mAh)
Capacidade	5 ou 7,5 horas
Indicador	5 estágios indicados na tela e LED indicador quando desligado
Tempo de carga	Menos de 3 horas para carregar completamente
Memória Interna	No mínimo 10.000 eventos (condições de alarme, eventos manuais, choque)
Exportação	drive USB

Cláudia Maria Freitas de Amorim  
Assessora Técnica