



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90058/2024

SOLICITAÇÃO

DE

ESCLARECIMENTO

EMPRESA:

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PR nº 90052/2024 - Processo nº 107/2024 – SAH/HSJBe



De Trevizan, Juliana <juliana.trevizan@medtronic.com>
 Para licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>
 Cópia Cruz, Sílvia <silvia.f.cruz@medtronic.com>, Briani, Felipe <felipe.b.briani@medtronic.com>
 Data 2024-09-26 14:05

A AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.645.409/0003-90, apresenta o seguinte esclarecimento:

Analisando o **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 90052/2024 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA – Processo nº 107/2024 – SAH/HSJBe**, foi verificado que para o ITEM 4, contém Marcas Pré-aprovadas, dentre elas a Medtronic, no entanto com a intenção de apresentarmos nossa proposta de maneira correta, solicitamos a gentileza de nos esclarecer:

04	480748	04	UNID	<p>MARCA-PASSO CARDÍACO EXTERNO. Marcapasso Temporário de Câmara Única a ser usado em conjunto com um sistema de eletrodos de estimulação cardíaca para estimulação temporária de câmara única. A frequência de estimulação e a amplitude devem ser programadas em uma escala variável para se adaptar às necessidades terapêuticas atuais. Possuir função: sensibilidade, frequência, amplitude, sistema de programação: tela de parâmetros, alarme visual e sonoro, componentes: 2 cabos conectores, cabos-eletrodos, acessórios: lectra trava, destrava.</p> <p>Deve ser ofertado pelo menos 01 dia de treinamento operacional.</p> <p>Equipamento similar ou idêntico.</p> <p>Obrigatório possuir registro na Anvisa.</p>	30.500,00	122.000,00	Participação Ampla
				<p>Marcas aprovadas: Biotronik; Medtronic; Pacemaker.</p> <p>Justificativa das marcas aprovadas nos Item 1.6 deste Termo de Referência.</p>			



1) "4.9- Garantia de pelo menos, 24 meses, contados da data de equipamento,"

Gostaríamos de esclarecer se serão aceitos Marcapassos com garantia de 12 meses?

2) "...componentes: 2 cabos conectores, cabos-eletrodos..."

Para o Item 4, deve ser ofertados CABOS-ELETRODOS, sendo assim, gostaríamos de esclarecer se será aceito no ITEM 4, kits sem o cabos - eletrodos?

Atenciosamente,

Juliana Trevizan Oliveira

Analista de Licitação | Captação | Bid &Tenders

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 11º andar | São Paulo, SP, 04576-010 | Brasil

Escritório 55 11 2187-6406 | Fax 55 11 2187-6373

juliana.trevizan@medtronic.com

medtronic.com | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#)

Medtronic

Engineering the extraordinary

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser: <http://emaildisclaimer.medtronic.com>

FW: [EXTERNAL] Re: *PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PR nº 90058/2024 - Processo nº 107/2024 - SAH/HSJBe*****



De Trevizan, Juliana <juliana.trevizan@medtronic.com>
Para licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>
Data 2024-09-30 09:30



Bom dia,

Me desculpe, pelo equívoco, segue o número do Edital Retificado:
PR nº 90058/2024 - Processo nº 107/2024.

Obrigada

Juliana Trevizan Oliveira

Analista de Licitação | Captação | Bid & Tenders

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 11º andar | São Paulo, SP, 04576-010 | Brasil

Tel 55 11 2187-6406 | Fax 55 11 2187-6373

juliana.trevizan@medtronic.com

medtronic.com | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#)

Medtronic

Engineering the extraordinary

From: licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>
Sent: segunda-feira, 30 de setembro de 2024 09:27
To: Trevizan, Juliana <juliana.trevizan@medtronic.com>
Subject: [EXTERNAL] Re: ***PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PR nº 90052/2024 - Processo nº 107/2024 - SAH/HSJBe***

Em 2024-09-26 14:05, Trevizan, Juliana escreveu:

- > A AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
- > 01.645.409/0003-90, apresenta o seguinte esclarecimento:
- >
- > Analisando o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 90052/2024 - HOSPITAL
- > SÃO JOÃO BATISTA – Processo nº 107/2024 – SAH/HSJBe, foi
- > verificado que para o ITEM 4, contém Marcas Pré-aprovadas, dentre
- > elas a Medtronic, no entanto com a intenção de apresentarmos nossa
- > proposta de maneira correta, solicitamos a gentileza de nos
- > esclarecer:
- >
- > 1_) " 4.9- Garantia de pelo menos, 24 meses, contados da data
- > de equipamento;"
- >
- > Gostaríamos de esclarecer se serão aceitos Marcapassos com garantia
- > de 12 meses?_
- >
- > _ _
- >



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
FOLHA DE INFORMAÇÃO	107	2024	688	CPL

A Assessoria Técnica

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregoão 90058/2024 que tem como objeto, a aquisição de equipamentos hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 30 de Setembro de 2024.


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA
SAH/HSJB



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N° 107/24
FL. N° 689
RUBRICA

Volta Redonda, 30 de Setembro de 2024.

Esclarecimento Pregão Eletrônico N° 90058/2024/SAH

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Licitação

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa AutoSuture do Brasil com relação às especificações técnicas para a compra de marca-passo cardíaco externo item 04 do processo 107/2024

1- Esclarecimento com relação a garantia

Será mantido o período de cobertura de 24 meses.

2- Esclarecimento com relação ao equipamento possuir cabos eletrodos e cabos conectores e se será aceito o kit medtronic.

Será aceito o kit medtronic se o mesmo possuir os componentes solicitados e necessários para o funcionamento (cabos eletrodos e cabos conectores).

Cláudia Maria Freitas de Amorim

Assessora Técnica

Claudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB