




SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAMHSJB
PROC. N° 90058/24
FLS N° 620
RÚBRICA FUNC. @

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90058/2024

**SOLICITAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTO
EMPRESA:
GRUPO KSS**

Pedido de esclarecimento PE 90058/2024 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA- município de Volta Redonda-RJ



De Licitacao_GrupoKSS <licitacao@grupokss.com.br>
Para <licitacao@hsjb.org.br>
Cópia <licitacao2@grupokss.com.br>
Data 2024-09-25 14:40
Prioridade Mais alta



Prezados, bom dia;

Pedido de esclarecimento PE 90058/2024- HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA- município de Volta Redonda-RJ

A empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, inscrita sob CNPJ/MF sob n.º 79.805.263/0001-28, com sede e foro jurídico em São José dos Pinhais – PR, na Rua Castro, 29 – Cruzeiro, CEP 83010-080, vem por meio deste solicitar pedido de esclarecimento, referente:

ao item 10 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO – no descritivo desse item é solicitado:

“ssuir dimmer disposto na própria cúpula para regulagem da intensidade de luz de 35% a 100%.”

bactericidas comuns; possuir dimmer disposto na própria cúpula para regulagem da intensidade de luz de 35% a 100%. Sistema de alimentação

No final da descrição é indicado as marcas aprovadas:

Marcas aprovadas: Drager; Getinge; Trumpf;
--

Porém das marcas apresentadas somente a marca Drager possui o dimmer disposto na própria cúpula!

Desta forma entende-se que há um possível **direcionamento**.

Sugestão de alteração do descritivo:

“possuir dimmer/painel de controle disposto na cúpula ou braço da cúpula para regulagem da intensidade de luz...”


Item 14- mesa cirúrgica – no descritivo desse item é solicitado que a mesa seja “eletro-hidráulica”:



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Collina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2024

DÊ: SETOR DE LICITAÇÕES

PARA: ASSESSORIA TÉCNICA

EMPRESA: GRUPO KSS

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 90058.2028 - SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA.

Pedido de esclarecimento PE 90058/2024 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA- município de Volta Redonda-RJ

De [Licitação GrupoKSS](#)

Para licitacao@hsjb.org.br

Cópia licitacao2@grupokss.com.br

Data Qua. 14:40

Prioridade Mais alta

Resumo [Cabecalhos](#) Texto simples

Prezados, bom dia;

Pedido de esclarecimento PE 90058/2024- HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA- município de Volta Redonda-RJ

A empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, inscrita sob CNPJ/MF sob n.º 79.805.263/0001-28, com sede e foro jurídico em São José dos Pinhais – PR, na Rua Castro, 29 – Cruzeiro, CEP 83010-080, vem por meio deste solicitar pedido de esclarecimento, referente:

1- ao item 10 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO – no descritivo desse item é solicitado:



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
	107	2024	693	CPL

A Assessoria Técnica

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregoão 90058/2024 que tem como objeto, a aquisição de equipamentos hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 26 de Setembro de 2024.


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA
SAH/HSJB



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Collina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N° 107/24
FL. N° 694
RUBRICA

Volta Redonda, 30 de Setembro de 2024.

Esclarecimento Pregão Eletrônico N° 90058/2024/SAH

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Licitação

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa KSS Comércio e Indústria de Equip. Médico LTDA com relação às especificações técnicas para a compra de :

- Item 10 - Foco Cirúrgico questionamento sobre [possuir dimmer disposto na própria cúpula para regulagem da intensidade de luz]

Esta parte do descritivo do foco cirúrgico foi solicitado pelo corpo clínico do hospital em virtude de todos os focos das outras quatro salas cirúrgicas possuírem o dimmer na cúpula, a intenção é padronizar a usabilidade dos equipamentos para os usuários .

Sugestão de alteração : Negada

- Item 14 – Com relação a mesa cirúrgica informamos que todos os movimentos são eletro-hidráulicos.

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB