





SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-62 – Tel: (24) 3512-6300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90058/2024

SOLICITAÇÃO

DE

ESCLARECIMENTO

EMPRESA:

BAXTER

Solicitação de Esclarecimento - PE N° 90058/2024



De Sousa, Regiane Aparecida <regiane_sousa@baxter.com>
Para licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>
Data 2024-09-26 15:19



Boa tarde, Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, apresentamos nosso pedido de esclarecimento técnico referente ao pregão em epígrafe, a saber:

Em relação ao item 13 – Cama Hospitalar Elétrica Padrão UTI

Questionamos em relação ao item "Possuir alimentação elétrica bivolt automática": serão aceitas a oferta de camas cujo padrão de voltagem seja uni-volt (220 ou 127V), podendo esta opção ser definida na ocasião do empenho?

Questionamentos também, quando solicitado "K7 de RX acoplado na cama", serão aceito também camas que não seja acoplado?

Agradecemos antecipadamente pela atenção.

Cordialmente.

Baxter

Regiane Sousa

Analista de Licitação – Commercial Excellence

Baxter Hospitalar Ltda.

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240, 18º andar

Torre A Vila São Francisco


São Paulo, SP, Brasil, 04711-130

M+55 11 94345-9853

regiane_sousa@baxter.com



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2024

DÊ: SETOR DE LICITAÇÕES

PARA: ASSESSORIA TÉCNICA

EMPRESA: BAXTER

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 90058.2028 - SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA.

Solicitação de Esclarecimento - PE Nº 90058/2024

De Sousa, Regiane Aparecida

Para licitacao@hsjb.org.br

Data Qui. 15:19

Resumo Cabeçalhos Texto simples

Boa tarde, Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, apresentamos nosso pedido de esclarecimento técnico referente ao pregão em epígrafe, a saber:

Em relação ao item 13 – **Cama Hospitalar Elétrica Padrão UTI**

Questionamos em relação ao item "Possuir alimentação elétrica bivolt automática": serão aceitas a oferta de camas cujo padrão de voltagem seja uni-volt (220 ou 127V), podendo esta opção ser definida na ocasião do empenho?

Questionamentos também, quando solicitado "K7 de RX acoplado na cama", serão aceito também camas que não seja acoplado?

Agradecemos antecipadamente pela atenção.

Cordialmente.



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
	107	2024	705	CPL

A Assessoria Técnica

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregão 90058/2024 que tem como objeto, a aquisição de equipamentos hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 27 de Setembro de 2024.


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA
SAH/HSJB



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº 107724
FL. Nº 106
RUBRICA B

Volta Redonda, 30 de Setembro de 2024.

Esclarecimento Pregão Eletrônico Nº 90058/2024/SAH

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Licitação

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa Baxter com relação às especificações técnicas para a compra de :

- Item 13 – Cama hospitalar elétrica padrão UTI questionamento sobre [Possuir alimentação elétrica bivolt automática]

Manteremos a necessidade de alimentação elétrica bivolt em virtude da solicitação pelo corpo técnico do Hospital.

Sugestão de alteração para univolt : **Negada**

Com relação ao outro questionamento informamos que não serão aceitas camas hospitalares sem gaveta para placa digitalizadora ou cassete de raio x acoplado .

Cláudia Maria Freitas de Amorim

Assessora Técnica

Claudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB