



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90058/2024

**SOLICITAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTO
EMPRESA:
TAIMIN**

Pedido de Esclarecimento_ Pregão Eletrônico N° PE 90058/2024 HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

De Patricia Carvalho <patricia.carvalho@taimin.com.br>
 Para licitacao@hsjb.org.br <licitacao@hsjb.org.br>
 Cópia Thais Gandra Kishi <thais@taimin.com.br>
 Data 2024-09-27 11:37



Prezados, boa tarde!

Solicitamos esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 90058/2024 HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, que acontecerá no dia 01/10/2024 às 09:00hs.

ITEM 8

- Por gentileza esclarecer quais serão os instrumentais adicionados a torre, pois conforme abaixo o descritivo se repete por duas vezes.

			Caixa completa para vídeo, contendo: 01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm, 02 Trocater de 10 mm com válvula torneira, 02 Trocater de no mínimo 5 mm com válvula			
--	--	--	---	--	--	--

57



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
 Hospital São João Batista
 Rua Vinte e Nove de Abril, 1.900 - Vila Santa Helena - Belo Horizonte - MG
 CEP: 31285-000 - CNPJ: 06.948.746/0001-02 - Fone: (31) 3534.3344
 e-mail: g@hsjb.org.br - www.hsjb.org.br



Processo	Folha
107/24	

			torneira, 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm, 01 Cânula de dissecação com gancho de ângulo reto, 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes 36cm, 01 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de dissecação Maryland mínimo 33cm, 02 tesoura Metzenbaum curva 5mm e 36 cm com empunhadura PPS Standard, 01 Tesoura curva serrilhada cruzada mínimo 33cm, 01 porta Agulha reto de 3mm e 3mm de boca (com videa) com haste 5mm e 36cm e empunhadura longitudinal angulada com cremalheira, 01 Aplicador de clips médio large 10mm mínimo 33cm, 01 Cabo de diatermia, 03 cabos monopolar Autoclavável de 3,0m (macho/fêmea), 02 Eletrodo com gancho em (U), 5mm e 36cm sem válvula pistão, 01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e aspiração 5mm			
--	--	--	---	--	--	--

Pregão 90058/2024

De <licitacao@hsjb.org.br>

Para Patricia Carvalho <patricia.carvalho@taimin.com.br>

Data 2024-09-30 09:08



Prezada, Patricia bom dia!

Este pregão vai acontecer dia 10/10/2024 às 09:00.

O edital foi retificado. Poderia verificar no Comprasnet e no Portal VR a nova publicação? Se sua dúvida persistir entre em contato conosco.

Atenciosamente,


Sandra Barra



Pedido de Esclarecimento_ Pregão Eletrônico N° PE 90058/2024 HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA



De Patricia Carvalho
 Para licitacao@hsjb.org.br
 Cópia Thais Gandra Kishi
 Data Hoje 09:24



Resumo Cabeçalhos Texto simples

Parte 2.eml (~367 KB)

Bom dia,

O Edital Retificado permanece com a mesma descrição no item 8, por gentileza, esclarecer a dúvida conforme email em anexo.

Solicitamos esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 90058/2024 HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, que acontecerá no dia 01/10/2024 às 09:00hs.

ITEM 8

- Por gentileza esclarecer quais serão os instrumentais adicionados a torre, pois conforme abaixo o descritivo se repete por duas vezes.

			Caixa completa para vídeo, contendo: 01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm, 02 Trocater de 10 mm com válvula torneira, 02 Trocater de no mínimo 5 mm com válvula			
--	--	--	---	--	--	--

57



Processo	Folha
107/24	

			tomera, 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm, 01 Cânula de dissecação com gancho de ângulo reto, 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes 36cm, 01 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de dissecação Maryland mínimo 33cm, 02 tesoura Metzenbaum curva 5mm e 36 cm com empunhadura PPS Standard, 01 Tesoura curva semilhada cruzada mínimo 33cm, 01 porta Agulha reto de 3mm e 3mm de boca (com vídeo) com haste 5mm e 36cm e empunhadura longitudinal angulada com cremalheira, 01 Aplicador de clips médio large 10mm mínimo 33cm, 01 Cabo de diatermia, 03 cabos monopolar Autoclavável de 3,0m (machofêmea), 02 Eletrodo com gancho em (U), 5mm e 36cm sem válvula pistão, 01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e aspiração 5mm			
--	--	--	---	--	--	--

			Deve vir acompanhado dos seguintes instrumentais de vídeo: Pinça de Apreensão para Vesícula Fenestrada 5mm e 36cm - Empunhadura PPS Standard (com cremalheira) - 02			
--	--	--	--	--	--	--

58

- Enviar...
- Enviar...
- Contatos
- Calendário
- Configuraç...
- Modo esc...
- Sobre
- Sair
- Enviar Home



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb




	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
FOLHA DE INFORMAÇÃO	107	2024	71)	CPL

A Assessoria Técnica

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregão 90058/2024 que tem como objeto, a aquisição de equipamentos hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 30 de Setembro de 2024.


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA
SAH/HSJB



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº 107/24
FL. Nº 712
RUBRICA

Volta Redonda, 30 de Setembro de 2024.

Esclarecimento Pregão Eletrônico Nº 90058/2024/SAH

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Licitação

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa Taimin com relação às especificações técnicas para a compra de torre de videolaparoscopia item 08 do processo 107/2024

Informamos que o descritivo esta correto, descreve em acompanhamento ao equipamento uma caixa completa para vídeo e uma listagem de instrumentais extras , voltada para a realização de toda e qualquer cirurgia de videolaparoscopia sendo ela emergencial ou eletiva.


Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica

Claudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB