



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvri.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N° 001/24
FLS N° 329
FABRICA FUNC. 3

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90058/2024/SAH

SOLICITAÇÃO

DE

ESCLARECIMENTO

EMPRESA:

SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 -- CNPJ: 29.063.294/0001-82 -- Tel: (24) 2512-8300
e-mail: gabinete@hsjb.org.br -- www.portaivr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N° 207/24
FLS N° 330
RUBRICA FUNC. B



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2024

DÊ: SETOR DE LICITAÇÕES

PARA: ASSESSORIA TÉCNICA

EMPRESA: SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR

Solicitação de Esclarecimento PE 90058/2027

De licitacao@shell-life.com.br em 2024-07-18 14:08

[Detalhes](#) [Cabecalhos](#) [Texto simples](#)

Prezados, Boa tarde.

A empresa SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR, inscrita sob o CNPJ: N°10;201.443/0001-02, vem através deste solicitar esclarecimento quanto aos itens 10 e 11 do Pregão eletrônico 90058/2024 agendado para o dia 31 de julho de 2024, conforme segue:

Quanto ao Item 10: Foco Cirúrgico: Solicitamos esclarecer o seguinte ponto. O termo de referência solicita: "compromisso de treinamento operacional por 1 ano, quantas vezes isso for solicitado"; Como será sinalizada esta demanda? Qual será o prazo para atendermos e qual será a estimativa de quantidade de vistas necessárias?

Quanto ao Item 11: Anestesia + Monitor : Solicitamos esclarecer o seguinte ponto. O termo de referência solicita: " Possibilidade de monitorização de agentes anestésicos na tela do equipamento de anestesia", será aceito a monitorização dos Agentes anestésicos no equipamento da anestesia?

Nosso questionamento se deve, porque o termo de referência também sinaliza a possibilidade de monitorização dos agentes anestésicos na tela do monitor, este item não terá a utilização simultânea, nosso monitor também possui a possibilidade de acoplar o modulo de agentes anestésicos.

Att;

Matheus Alúcio
Auxiliar de Licitações
CNPJ: 10.201.443/0001-02
IE: 78.566.930
Telefone: (21) 3786-0809
E-mail: licitação@shell-life.com.br
Rua XV de Novembro, 90, sala 408
Centro, Niterói -RJ
<https://shelllife.com.br/>


**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**

Hospital São João Batista

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ

CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242

e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
FOLHA DE INFORMAÇÃO	107	2024	331	CPL

A Assessoria Técnica

Informamos que foi solicitado pedido de esclarecimento ao pregão 90058/2024 que tem como objeto, a aquisição de equipamentos hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista.

Pedimos que seja encaminhado a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em 18 de Julho de 2024.


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA
SAH/HSJB



Volta Redonda, 22 de Julho de 2024.

Esclarecimento Processo 0107/2024

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Setor de Licitação

107/24
332
B

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa Shell Life com relação às especificações técnicas para a compra de Equipamentos Médicos Hospitalares destinados a atender as demandas da Unidade de Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista processo 0107/2024 fls 330.

Item 10

O EDITAL SOLICITA: Treinamento operacional por 1 ano, quantas vezes isso for solicitado.

Questionamento: Como será sinalizada a demanda? Qual será o prazo para atendermos e qual será a estimativa de quantidade de visitas necessárias?

Resposta: A demanda será sinalizada via email. O prazo será flexível, porém o ideal é que o treinamento ocorra em até 07 dias após a solicitação. Não há estimativa de quantidade de visitas.

Item 11

O EDITAL SOLICITA: Possibilidade de monitorização de agentes anestésicos na tela do equipamento de anestesia.

Questionamento: Será aceito a monitorização dos Agentes Anestésicos no equipamento de Anestesia? Nosso questionamento se deve, porque o termo de referência também sinaliza a possibilidade de monitorização dos agentes anestésicos na tela do monitor, este item não terá a utilização simultânea, nosso monitor também possui a possibilidade de acoplar o modo de agentes anestésicos.

Resposta: O ideal é que o módulo de agentes anestésicos possa ser colocado tanto no aparelho de anestesia como no monitor multiparâmetros. Para que o médico possa escolher o que melhor lhe atende.


Cláudia Maria Freitas de Amorim

Assessora Técnica

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB