



Volta Redonda, 08 de Agosto de 2024.

## **Análise das Propostas e Especificações Técnicas**

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Setor de Licitação

Assunto: Avaliação das propostas para aquisição de 01 (uma) Autoclave de Barreira para atender as necessidades do setor da Central de Esterilização de Materiais (CME) do Hospital São João Batista/SAH. Processo 0165/2024.

Após a avaliação da proposta e manual operacional retirado do site da Anvisa da empresa classificada como primeira opção no pregão 90060/24 e considerando que o Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista ser um hospital público e a aquisição de equipamentos de alto valor como uma Autoclave de Barreira não se dá com uma grande periodicidade e tendo em vista que o ciclo de vida desse tipo equipamento é de um longo período (aproximadamente 10 anos) a empresa Versa Comercial foi desclassificada.

A marca não foi uma das sugeridas no edital, por se tratar de marca desconhecida pelo corpo clínico e técnico do Hospital São João Batista não temos referências sobre o adequado funcionamento do equipamento e assistência técnica da marca.

Conforme o artigo Art. 41, item I, letra "a", da Lei 14.133/2021. O Hospital São João Batista, por ser um Hospital de referência para todo o Médio Paraíba em ortopedia, neurocirurgia vascular, necessita que seu parque tecnológico tenha equipamentos de alta tecnologia e confiabilidade para atender a demanda da população. Precisamos que os mesmos, quando em manutenção corretiva, essas sejam realizadas o mais rápido possível, não ficando equipamento parado, o que pode causar suspensão de cirurgias ou até de tratamento. Diante disso, foram citadas no edital marcas já conhecidas pelo corpo clínico e técnico do Hospital.

Além disso, em consulta aos Manuais Oficiais da ANVISA (OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO) da Autoclave ONIX OHFV-BA525 não se encontram nestes claramente a questão das garantias solicitadas, segundo o manual do usuário:

PRAZO DA GARANTIA A Onix Científica, assegura ao proprietário (comprador original), do equipamento mencionado nesse manual, um perfeito funcionamento, dentro das especificações estabelecidas, garantia contra defeitos de fabricação para partes gerais não indicadas em garantia



**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**  
Hospital São João Batista  
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ  
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242  
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalivr.com/hsjb

PROC. 165724  
FL. Nº 183  
RUBR. VC.



específica, durante o período de 12 (doze) meses a partir da emissão da Nota Fiscal de venda. Garantia Específica: • **3 (três) meses** para: lâmpadas, LED, guarnição de porta, conectores plásticos, fonte de impressora, elementos filtrantes de ar e água. • **6 (seis) meses** para: material elétrico e eletrônico, fiação, sensores de porta e controle (transdutor de pressão), pressostato, comando, impressora, válvulas de controle, reparos de válvulas, resistências, conexões e vedações. • **5 (cinco) anos** para a câmara de esterilização (interna e externa) e gerador de vapor. Neste período, todas as peças que apresentarem defeitos comprovados, serão reparadas ou substituídas gratuitamente, assim como os serviços requeridos para deixar o equipamento em condições perfeitas de funcionamento.

Entretanto, pela exigência do descritivo do Item 1, foi solicitado que tenha garantia total de pelo menos 24 meses, contados da data de instalação do equipamento.

Diante do exposto, sugerimos seguir com a empresa classificada como segunda colocada.

Cláudia Maria Freitas de Amorim  
Assessora Técnica

Claudia Maria Freitas de Amorim  
Assessora Técnica  
HSJB