



SAH/HSJB  
PROC. N° 206/24  
FLS N° 205  
RÚBRICA FUNC. ✓

### PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**1 - Especificação Padronizada:** AGULHA PARA BLOQUEIO DE DOR 21G E 100 MM DE COMPRIMENTO – INDICADA PARA BLOQUEIO DE PLEXO E BLOQUEIO NERVOSO PERIFÉRICO (USANDO ESTIMULAÇÃO NERVOSA ELÉTRICA OU ULTRASSON. INDICADO PARA ANESTESIA E ANALGESIA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ENVOLVENDO EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, MAMA E ABDÔMEN. A AGULHA DEVE POSSUI VISIBILIDADE DO PADRÃO – X, BISEL 30° PARA ABORDAGEM SEGURA DO NERVO E REVESTIMENTO ISOLANTE, APENAS O BISEL É CONDUTOR. A AGULHA DEVERÁ TER CALIBRE 21G E 100MM DE COMPRIMENTO

**MARCA: HUAXING**

**2 – Pontos Positivos:**

NÃO HÁ

**2.1 – Pontos Negativos:**

AGULHA ENTORTANDO QUANDO DA PUNÇÃO DA PELE. NÃO OBSERVAMOS PADRÃO X SOLICITADO

**3 – Resultado do Teste:** ( ) Aprovado       Reprovado

**Justifique:**

MATERIAL NÃO ATENDE SOLICITAÇÃO.

**Responsável/Carimbo:**

Dr. Adriana Lima  
Anestesiologista  
538675-4

Em 23/09/2024