

Fwd: Re: PE 90090/2024 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



De <licitacao@hsjb.org.br>
Para <licitacao@mastermedical.net.br>
Data 2024-09-18 15:37

Boa tarde!

Segue resposta ao pedido de esclarecimento.

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: PE 90090/2024 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Data: 2024-09-18 15:32
De: Almojarifado HSJB <almojarifado.hsjb@gmail.com>
Para: licitacao@hsjb.org.br

Boa tarde!

O item deve possuir as características conforme descritivo. Será solicitado amostra para avaliar a qualidade do mesmo.

Com relação ao material utilizado, ele deve ser resistente e transparente.

Att,

Adriano Baía
Coord. de Almojarifado

Em ter., 17 de set. de 2024 às 11:02, <licitacao@hsjb.org.br> escreveu:

Bom dia!

Segue solicitação de esclarecimento.

Att

----- Mensagem original -----

Assunto: PE 90090/2024 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Data: 2024-09-17 10:59

De: <licitacao@mastermedical.net.br>

Para: <licitacao@hsjb.org.br>

Prezado sr. Pregoeiro, bom dia!

Somos da empresa MASTER MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, representantes e distribuidores de material médicos hospitalares, fornecemos para vários Hospitais e Instituições no Brasil, gostaríamos de participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90090/2024. Logo, pedimos vossa atenção em conjunto com a área técnica do certame aos seguintes pontos relacionados ao ITEM 01 - BOLSA

PRESSÓRICA, quanto ao instrumento convocatório:

Vejamos a seguir - O termo de referência solicita: "BOLSA PRESSÓRICA DE 500 ML BOLSA DE MATERIAL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL QUE TRANSPARENTE, PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO FRASCO DE SORO E VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO FLUÍDO DE QUALQUER ÂNGULO; MATERIAL QUE PERMITA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; GANCHO QUE PERMITA A FIXAÇÃO DO FRASCO DE SORO; PÊRA RESPONSÁVEL POR INSUFLAR A BOLSA PRESSÓRICA ADAPTADO A DISPOSITIVO DE ESVAZIAMENTO TIPO "THREE WAY"; MANÔMETRO GRADUADO PARA MONITORAR PRESSÃO DA BOLSA; VELCRO LATERAL PARA FECHAMENTO DA BOLSA.

O MATERIAL NÃO PODE SER DE USO ÚNICO."

Observou-se que o descritivo do item foi muito bem elaborado, ocorre que identificamos um determinado ponto que será imprescindível no critério de aceitabilidade.

O tipo de material da bolsa solicitado no descritivo é genérico. Polímeros são materiais sintéticos constituídos por componentes que são produzidos artificialmente, alguns dos materiais sintéticos mais comuns são nylon, poliéster, poliuretano, plásticos e/ou PVC são materiais de curta duração, ou seja, precisam ser substituídos com maior frequência com sinais de desgastes e durabilidade.

Os silícones são feitos de silício, oxigênio, carbono e hidrogênio.

A ligação entre o silício e o oxigênio dá ao silicone a sua resistência à altas temperaturas e flexibilidade.

Diante do exposto, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Mediante tal informação o material não deveria ser 100% silicone, reutilizável e autoclavável?

Assim aumentando o tempo de vida útil do material.

Neste sentido, requeremos respeitosamente o devido esclarecimento sobre essa questão técnica, para que possamos cotar o item de forma correta e sem prejuízo para esta administração, visando uma ampla concorrência no processo licitatório.

Desde já agradecemos e aguardamos vosso retorno.

Razão social: MASTER MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ nº 29.475.673/0001-80

End.: Rua Belizário Pena, 1235 Loja E - Penha, Rio de Janeiro, CEP 21.020 010

Representante Legal: Vinicius Melo Lira

RG nº 12907568-5 Detran/RJ

Regards,