



<b>FOLHA DE INFORMAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ANO</b>	<b>FOLHA</b>	<b>RUBRICA</b>
	235	2024	352	CPL

**AO ALMOXARIFADO/SAH,**

Solicitamos emitir **PARECER TÉCNICO** de modo a proceder à análise das especificações das **PROPOSTAS** constante nas fls. 323 a 351 dos licitantes classificados provisoriamente, conforme procedimento licitatório realizado neste processo.

Pedimos que seja encaminhada a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Obs.: Item fracassado: 01  
Itens deserto: 2 e 27

Em, 04 de Novembro de 2024

  
**SANDRA PINTO BARRA**  
**PREGOEIRA/SAH**





SAH/HSJB
PROC. N° 235/29
FLS N° 359
RÚBRICA FUNC.

## PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

### 1 - Especificação Padronizada:

**MARCA:** Esparadrapo impermeável MAXICOR

### 2 - Pontos Positivos:

Tamanho 10x4, 5m

### 2.1 - Pontos Negativos:

- A cola do Material não fixa na pele do paciente;
- Dificuldade no manuseio (difícil de cortar)

**3 - Resultado do Teste:** ( ) Aprovado ( X ) Reprovado

### Justifique:

Devido a dificuldade em cortar o produto, há uma necessidade de um maior esforço e/ou até mesmo disponibilizar de tesoura para cortar-lo no tamanho necessário a ser utilizado.


A fixação da cola do produto não exerce sua devida função, ocasionando um desperdício maior do produto, podendo ocorrer graves incidentes no processo de trabalho.

Como por Exemplo: perder o acesso venoso que é indispensável para a boa manutenção da vida do paciente.

Responsável/Carimbo: \_\_\_\_\_

Vanilce Sarmiento Medeiros  
Enfermeira  
COREN-RJ : 426.815

Em 14/02/2023



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	ANO	FOLHA	RUBRICA
	235	2024	355	ALMOXARIFADO

Volta Redonda, 07 de novembro de 2024

**DE: ALMOXARIFADO**  
**PARA: CPL**

Informo que os itens 21 e 25 estão Reprovados conforme parecer técnico anexo.

Demais itens Aprovados

Adriano de Sá Baía  
Coordenador de Almojarifado  
Matr. 21.242 - SAH/HSJB

Adriano de Sá Baía  
Coordenador de Almojarifado  
Hospital São João Batista/SAH