



DISPENSA DE LICITAÇÃO – DL Nº 014/2014
CPL/FMS/SMS/PMVR

O **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ**, por intermédio da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR**, atendendo requisitos do Processo Administrativo nº 597/2014/FMS/SMS/PMVR, comunica aos interessados que fará realizar procedimento de Dispensa de Licitação – DL, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, com as modificações posteriores, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

1- DO OBJETO:

1.1- Constitui o objeto desta **DL** a **AQUISIÇÃO DO MATERIAL** descritos no quadro abaixo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO
01	01	Und.	<p>RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO APARELHO DE ASSISTENCIA VENTILATORIA</p> <p>Modos de operação</p> <ul style="list-style-type: none">• S (Espontâneo)• CPAP (com APE) <p>Características do produto</p> <ul style="list-style-type: none">• Menu de configurações padrão simplificado• Gerenciamento automático de fuga Vsync• TiControl (Ti máx./mín.)• Acionamento e transição de respiração ajustáveis• Entrada 24 V CC (via conversor)• Design compacto S8™• Motor Easy-Breathe <p>Umidificação aquecida</p> <ul style="list-style-type: none">• Opcional, totalmente integrada <p>Armazenamento de dados</p> <ul style="list-style-type: none">• Resumo de utilização e tratamento (dia, semana, mês, seis meses, ano)• Perfil da utilização• Armazenamento de dados resumidos• Armazenamento de dados detalhados• Ajuste remoto de configurações <p>Transferência de dados</p> <ul style="list-style-type: none">• Download direto para PC• Cartão de dados• Oximetria dinâmica• Monitoração remota de adesão <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>



			<p>Desempenho Faixa da pressão operacional: 3 a 25 cm H₂O Pressão máxima de falha única: 40 cm H₂O Características de pressão dinâmica Modo S: IPAP: 4 a 25 cm H₂O; EPAP: 3 a 25 cm H₂O Modo CPAP: 4 a 20 cm H₂O Nível de pressão acústica <26 dB (testado de acordo com os requisitos da norma ISO 17510-1:2002) Armazenamento de dados Os dados incluem utilização, fuga, pressão, IAH, IA, volume corrente, frequência respiratória e ventilação por minuto Via menu do visor LCD: 365 sessões de dados resumidos 365 sessões de dados resumidos e 30 sessões de dados detalhados 180 sessões de dados resumidos e duas sessões de dados detalhados Dimensões (C x L x A): 112 x 164 x 145 mm (4,4 x 6,5 x 5,7 pol) Peso: 1,3 kg (2,9 lb) Fornecimento de energia Faixa de entrada 100–240 VCA, 50–60 Hz, 40 VA (consumo de energia típico), < 100 VA (consumo de energia máximo), 12–24 VCC via conversor CC 24V/50W Condições ambientais Temperatura operacional: +5°C a +35°C (+41°F a +97°F) Umidade operacional: 10–95% sem condensação Compatibilidade eletromagnética O produto encontra-se em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) aplicáveis de acordo com CEI 60601-1-2 para ambientes residenciais, comerciais e de indústria leve. Filtro de ar Duas camadas de fibra não-tecida de poliéster, coligadas por pó Classificação CEI 60601-1 Classe II (isolamento duplo), Tipo CF</p>
02	1	Und.	Aspirador elétrico portátil de secreção: capacidade mínima de 1.500ml; 110-220 V.

2- DA HORA, DATA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:

- 2.1- O interessado deverá enviar a **"PROPOSTA"** até às **14:00 horas** do dia **25 de abril de 2014**, para a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/FMS/SMS/PMVR**, situada na Rua 566, nº 31 – Bairro Nossa Senhora das Graças – Volta Redonda/RJ. – CEP 27.295-390 –



Telefone/Fax 3339-9627/ 3347-2546 ou 3347-4581, podendo ser pelo **EMAIL:**
cpl2.fms.sms@epdvr.com.br, em **MÃOS**, ou por **FAX**;

2.2- A **PROPOSTA** do interessado poderá obedecer ao modelo sugestão do **ANEXO I**:

3- DA PARTICIPAÇÃO:

3.1- Poderá participar desta **DL** qualquer interessado do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, e que esteja com situação regular perante o **FGTS, INSS e CNDT**, sob pena de não aceitação da proposta pelo não atendimento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FMS/SMS/PMVR



ANEXO I
SUGESTÃO: "MODELO DE PROPOSTA PARA EMPRESA ELABORAR"

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMVR
Rua 566, nº 31 – Bairro Nossa Senhora das Graças
VOLTA REDONDA/RJ

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL nº 014/2014
Abertura dia 25/04/2014, às 14:00 horas.

A empresa _____, com endereço na _____,
nº ____ - Bairro _____ - Cidade _____, CNPJ nº _____, telefone
_____, pela presente, propõe fornecer os materiais descritos no quadro abaixo,
observando ainda as demais condições desta proposta:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	01	Und.	RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO APARELHO DE ASSISTENCIA VENTILATORIA Modos de operação.....			
02	01	Und.	Aspirador elétrico portátil de secreção: capacidade mínima de 1.500ml; 110-220 V.			

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data desta proposta.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias.

GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES

ENVIAR CATÁLOGO OU PROSPECTO

Todos os impostos e as despesas necessárias para o correto fornecimento do(s) material(is) estão inclusos nos preços propostos.

_____, ____ de _____ de _____ (Local e data)

Assinatura do representante legal