

De: Denis Frossard de Andrade [eng.denisandrade@gmail.com]
Enviado em: terça-feira, 11 de outubro de 2022 14:13
Para: cpl4.fms.sms@epdvr.com.br
Assunto: Re: PE 118/2022 - ESCLARECIMENTO

Prezado Cláudio,

Em correção ao e-mail anterior, segue resposta revisada para o questionamento.

Esclarecimento 01:

Não será realizado exame de mamografia no local.

Esclarecimento 02:

Sim, será aceito impressora de papel.

Att,

Em sex., 7 de out. de 2022 às 15:35, <cpl4.fms.sms@epdvr.com.br> escreveu:

Boa tarde - Denis

Encaminho para conhecimento, análise e parecer no pedido de esclarecimento, referente ao Pregão na forma eletrônica 118/2022, objeto - contratação de empresa especializada em Locação de Serviço de CR Digital para a realização de exames de Radiologia, Exames de Diagnóstico por imagem, pelo período de 12 (doze) meses.

Cláudio de Alcântara Neves

Pregoeiro

De: Juridico Solução Médica [mailto:juridico@solucaom.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de outubro de 2022 08:51
Para: cpl4.fms.sms@epdvr.com.br
Assunto: PE 118/2022 - ESCLARECIMENTO

Prezada Comissão de Licitação,

Boa tarde!

Tendo em vista o Pregão Eletrônico nº 118/2022 de Locação de Serviço de CR Digital para a realização de exames de Radiologia, Exames de diagnóstico por imagem, previsto para ocorrer em 13/10/2022 as 09:00, segue abaixo esclarecimento para análise:

ESCLARECIMENTO 01:

Verificamos no termo de referência a exigência de impressora filme a laser 3 gavetas, porém, em consulta junto a unidade, foi informado não haver exames de mamografia no local.

Como a diferença de valores entre uma impressora filme e uma impressora de papel é absurdamente diferente, gostaríamos de confirmar se realmente haverá exames de mamografia na unidade para que seja exigido impressora filme?

ESCLARECIMENTO 02:

Em complemento ao esclarecimento acima, se não houver exames de mamografia na unidade, mas tão somente de exames de Raio-X, poderá ser cotado Impressora de Papel?

Pedimos a gentileza de confirmarem o recebimento do e-mail.

Agradecemos desde já e ficamos no aguardo.



Jurídico

SOLUÇÃO MÉDICA

--
Denis Frossard de Andrade

Gerente de Engenharia Clínica

Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ

Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795

www.voltaredonda.rj.gov.br/