



Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

QUESTIONAMENTO - PE 129/2022 - FMS VOLTA REDONDA - RJ (UASG: 926850)

5 mensagens

Vitoria Giovani <Vitoria.Giovani@arjo.com>

12 de dezembro de 2022 16:00

Para: "licitacao18cpl.fms@gmail.com" <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

Cc: Keli Barris <keli.barris@arjo.com>, Guilherme Ferrari <Guilherme.Ferrari@arjo.com>

Boa tarde a todos.

Prezados,

Em leitura ao edital, e interessados em participar do certame, verificamos pontos que precisamos de maiores esclarecimentos. À saber:

Item 13 – Cama Hospitalar

Solicitam: estrado duplo eixo pivotante na seção da cabeceira.

Questionamos: Do que se trata a característica solicitada no edital?

Solicitam: altura dos pés manual p/ posição vascular

Questionamos: Do que se trata a característica solicitada no edital?

Solicitam: altura fixa do painel da cabeceira

Questionamos: Do que se trata a característica solicitada no edital?

Solicitam: alarme de angulo cpr de emergência e trendelenburg

Questionamos: Serão aceitas camas sem o alarme de ângulo? Julgamos que o alarme não é necessário para a segurança real do paciente que utiliza a cama, pois ele estará sendo monitorado por um técnico enfermeiro capaz de discernimento sobre qual o ângulo prejudicial para sua saúde. Além disso, em caso de ausência de responsável, a tecnologia da cama possibilita o bloqueio parcial dos comandos CPR e Trendelenburg na parte interna do controle da cama, que fica disponível para o paciente, assegurando que ele não poderá realizar alterações no ângulo da cama na ausência de um técnico.

Solicitam: construção do mobiliário livre de reentrância

Questionamos: Do que se trata a característica solicitada no edital? Serão aceitas mesas de refeição, como a imagem que segue em anexo?

Solicitam: máxima elevação: 85cm;

Questionamos: Gostaríamos de verificar se será considerada a altura de 82.5cm uma vez que não há evidências técnicas que comprovam prejuízo clínico por conta somente de 2.5cm de diferença.

Ficamos no aguardo e à disposição.

Atenciosamente,

Vitória Giovani
Sales Bid Intern

vitoria.giovani@arjo.com

arjo

Arjo Brasil

Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 - Lapa

São Paulo/SP Zipcode: 05040-000

Brasil

www.arjo.com



This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

This email has been scanned by the Trend Micro Email Security system on behalf of Arjo.



Mesa de Refeição.JPG
10K

Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>
Para: gabrielribeiroiasd@gmail.com

12 de dezembro de 2022 16:01

Segue pedido de questionamento do Pregão Eletrônico nº 129/2022

Shenise Quintino

Comissão Permanente de Licitação

FMS/SMS/PMVR

Tel: 24-3339-9665

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Mesa de Refeição.JPG
10K

Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>
Para: Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>

12 de dezembro de 2022 16:33

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 129/2022

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Mesa de Refeição.JPG
10K

Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>
Para: Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

13 de dezembro de 2022 16:28

- **Solicitam: estrado duplo eixo pivotante na seção da cabeceira.**

Questionamos: Do que se trata a característica solicitada no edital?

Estrado/ respaldo/ encosto que trabalhe com um motor, que acionado faça o movimento de descida e subida na seção do dorso/ cabeceira.

- **Solicitam: altura dos pés manual p/ posição vascular**

Questionamos: Do que se trata a característica solicitada no edital?

Movimentação dos pés para a posição vascular é feita de forma manual, sem necessidade do auxílio de motores/atuadores.

- **Solicitam: altura fixa do painel da cabeceira**

Questionamos: Do que se trata a característica solicitada no edital?

Trata-se do que se lê. Altura do painel da cabeceira fixa, sem ajustes de altura, caso a licitante apresente equipamento com características comprovadamente superiores, será aceito.

- **Solicitam: alarme de ângulo cpr de emergência e trendelenburg**

Questionamos: Serão aceitas camas sem o alarme de ângulo?

O alarme tem o objetivo de avisar e chamar a atenção dos profissionais da saúde/ equipe multidisciplinar, indicando que o leito está sendo reposicionado para uma emergência (CPR). Posto a intenção, entendemos que tal recurso é de importância e não serão aceitas camas sem o alarme.

Solicitam: construção do mobiliário livre de reentrância

Questionamos: Do que se trata a característica solicitada no edital? Serão aceitas mesas de refeição, como a imagem que segue em anexo?

Tal questionamento não cabe ao item **ITEM 13 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA COM COLCHÃO.**

Solicitam: máxima elevação: 85cm;

Questionamos: Gostaríamos de verificar se será considerada a altura de 82.5cm uma vez que não há evidências técnicas que comprovam prejuízo clínico por conta somente de 2.5cm de diferença.

Sim, será aceito, somente não será aceito camas que ultrapassem a elevação de 85cm.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Denis Frossard de Andrade

Gerente de Engenharia Clínica
Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ
Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795
www.voltaredonda.rj.gov.br/



SMS

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



Boa tarde!

Segue resposta do pedido do esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 129/2022

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]