



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COM RESPOSTA, REFERENTE AO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2022/FMS/SMS/PMVR**

EMPRESA: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
CNPJ Nº 33.375.370/0001-62

**DO PEDIDO**

Boa tarde!

Solicito esclarecimento acerca do item 09 - Cadeira de banho. Tendo em vista que no edital não consta a capacidade da cadeira, solicito nos informar a capacidade para que possamos estar oferecendo o melhor produto possível dentro das compatibilidades requeridas.

Ficamos no aguardo!

Atenciosamente,

Vinicius Silva  
Ass. Administrativo  
Tel. (11) 2366-4358 // 2362-1676  
Mapmed Distribuidora  
CNPJ: 33.375.370/0001-62

**RESPOSTA:**

Questionamento:

A - Quanto à capacidade: O equipamento deverá possuir capacidade de carga entre 130 e 150 Kg.

Sendo assim, agradecemos a atenção e nos colocamos à inteira disposição para futuros esclarecimentos.

Atenciosamente

Núbia Vasti  
Enfermeira Gerente de Enfermagem  
Coren RJ 300.682