

AO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR, PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.

Pregão Eletrônico nº 130/2022/FMS/SMS/PMVR

Processo Administrativo nº 2061/2022/FMS/SMS/PMVR

LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA., com sede a Rua Izabel Ramos Fabeni n. 104, São João – Itajaí/SC – CEP: 88.304-050, endereço eletrônico: licitacao@labor-med.com.br, apresentada nesse ato por sua procuradora, Edilene de Melo Nunes Guiraudeli, inscrita no CPF sob o nº 094.156.827-01, pede vênua para apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** acerca do ANEXO 01 (Termo de referência), como segue:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA tornou público o Pregão Eletrônico nº 130/2022 para AQUISIÇÃO DE sistema de vídeo endoscopia flexível, a fim de atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, conforme especificações constantes no Anexo 01, Termo de Referência, do edital.

Objetivamente, o edital afeta os princípios da legalidade e da competitividade, visto que contém exigência restritiva de direito, logo, requer-se esclarecimento:





DO EDITAL – ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 01 – DESCRIÇÃO:

01 (uma) processadora de imagens com fonte de luz acoplada ou separada com lâmpada de xenon de 300W ou 4 LEDs; Imagem transmitida ao monitor em Alta Definição de





Somos o único distribuidor autorizado para a linha de endoscopia da Fujifilm no Brasil

FUJIFILM
Value from Innovation





Matriz Santa Catarina

 Rua Izabel Ramos Fabeni, 104, São João Itajaí - SC - 88304-050
 (47) 3046-5800
 CNPJ: 32150633/0001-72
 IE: 261601709

Filial Rio de Janeiro

 Alameda São Boaventura, 398, Fonseca Niterói - RJ - 24120-196
 (21) 3797-4900
 CNPJ: 32150633/0004-15
 IE: 92044106

Filial São Paulo

 Av. Ermano Marchetti, 1435 - Galpão 01 Água Branca - São Paulo / SP - 05038-001
 (11) 5531-9000
 CNPJ: 32150633/0006-87
 IE: 141547910112

1080 linhas com escaneamento progressivo; Magnificação eletrônica de pelo menos 1,5X; deverá ser compatível com videogastrosópios, videocolonoscópios, videoduodenoscópios, videobroncoscópios, videonasofaringolaringoscópios. videoecoendoscópios; saídas de vídeos mínimas: DVI-D, RGB, S-VÍDEO; sistema de ajuste de cor: NTSC no mínimo; compatível com sistemas que comportam protocolo dicom; com recurso de cromoendoscopia virtual ou óptica; Bomba de ar forçado em no mínimo 3 níveis; com memória interna de no mínimo 4GB, com conexão USB para armazenagem de fotos. **Alimentação em rede elétrica: 100-240VAC-60hz.** ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 teclado alfanumérico, cabos de conexão e manual de operações.

Pedido de esclarecimento:

Para a alimentação elétrica da processadora com fonte de luz: Considerando que existem equipamentos no mercado deste segmento que possuem alimentação elétrica de 110V, podendo a exigência no descritivo restringir a competitividade, ***indaga-se: a exigência de alimentação elétrica de 100-240VAC poderá ser atendida através de nobreak bivolt automático?***





DO EDITAL – ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 01 – DESCRIÇÃO:

01 (Um) VIDEODUODENOSCOPIO ELETRÔNICO, com as seguintes características mínimas: projetado para procedimentos endoscópicos e cirurgias endoscópicas no duodeno. Especificações técnicas: blindado e totalmente imersível em água sem a necessidade de tampa de vedação, sistema ótico: - ângulo do campo de visão: 100 graus- **direção da visão: 15 graus – visão retrograda**- profundidade de campo de visão: 5-60mm-imagem em tela cheia- ccd: colorido de alta resolução ponta distal- diâmetro externo: 13,5mm tubo de inserção-diâmetro externo: 11,3mm





Somos o único distribuidor autorizado para a linha de endoscopia da Fujifilm no Brasil

FUJIFILM
Value from Innovation





Matriz Santa Catarina

 Rua Izabel Ramos Fabeni, 104. São João Itajaí - SC - 88304-050
 (47) 3046-5800
 CNPJ: 32150633/0001-72
 IE: 261601709

Filial Rio de Janeiro

 Alameda São Boaventura, 398. Fonseca Niterói - RJ - 24120-196
 (21) 3797-4900
 CNPJ: 32150633/0004-15
 IE: 92044106

Filial São Paulo

 Av. Ermano Marchetti, 1435 - Galpão 01 Água Branca - São Paulo / SP - 05038-001
 (11) 5531-9000
 CNPJ: 32150633/0006-87
 IE: 141547910112

angulações- para cima: 120 graus- para baixo: 90 graus para direita: 110 graus-para esquerda: 90 graus. Comprimento de trabalho – 1240mm comprimento total- 1560mm canal de trabalho:- pinça de biopsia: distância mínima visível a partir da ponta: 10mm – canal de biopsia: diâmetro interno: 4,2mm compatível com unidades eletrocirúrgicas.

Pedido de esclarecimento:

O descritivo complementar do vídeoduodenoscópio solicita direção da visão: 15 graus - visão retrógada. Comumente equipamentos deste tipo possuem direção de visão de aproximadamente 8º retrógada, incluindo os da marca por nós representada há mais de 30 anos (Labor-Med). Vídeoduodenoscópios com direção de visão de aproximadamente 8º atendem a finalidade e funcionalidade pretendida. A manutenção desta exigência impedirá a competitividade e conseqüentemente a aquisição com melhor custo benefício para esta Prefeitura. **Assim, para desfazimento da restrição, indaga-se: a oferta de equipamento com direção da visão: 08 graus - visão retrógada será assegurada aos licitantes?**

Diante dos questionamentos a cerca dos itens restritivos do certame licitatório, requer-se seja sopesada a decisão administrativa para que a licitação atenda o fim almejado de ampla competição, eis que inegavelmente há restrição a participação de empresas no processo licitatório.

O edital é contrário aos princípios que norteiam a licitação pública, bem como prejudica sobremaneira a possibilidade de alcançar a dupla finalidade do instituto da licitação, qual seja: dar igualdade de participação e contratar com a melhor proposta.

É de conhecimento de todos que a finalidade mediata da licitação pública consiste na obtenção satisfatória do objeto licitado, razão pela qual a Administração

Somos o único distribuidor autorizado para a linha de endoscopia da Fujifilm no Brasil

FUJIFILM
Value from Innovation

Matriz Santa Catarina

📍 Rua Izabel Ramos Fabeni, 104. São João Itajaí - SC - 88304-050
☎ (47) 3046-5800
📄 CNPJ: 32150633/0001-72
📄 IE: 261601709

Filial Rio de Janeiro

📍 Alameda São Boaventura, 398. Fonseca Niterói - RJ - 24120-196
☎ (21) 3797-4900
📄 CNPJ: 32150633/0004-15
📄 IE: 92044106

Filial São Paulo

📍 Av. Ermano Marchetti, 1435 - Galpão 01 Água Branca - São Paulo / SP - 05038-001
☎ (11) 5531-9000
📄 CNPJ: 32150633/0006-87
📄 IE: 141547910112

Pública tem a motivação como princípio, questão relevante para a consecução de seus atos, descrito no artigo 2º da Lei 9.784/1999. Além disto, como o processo de licitação é um conjunto de procedimentos vinculados, impõe-se que sejam aplicados os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nesta toada, é indefectível que não havendo motivação legal para a exigência editalícia, **o edital deve optar pelas exigências que viabilize a participação do maior número de interessados no certame.** Assim, como o subitem supracitado se trata de cláusula restritiva, impõe-se ao Administrador Público que esclareça as indagações realizadas de forma motivada, eis que a ausência de motivação da restrição/limitação viola o § 5º, art. 7º e § 7º, do art. 15 da lei 8.666/93.

Por todo o exposto, requer o esclarecimento dos itens questionados e a consequente retificação do edital, no sentido de possibilitar a livre concorrência.

Pede Deferimento.

Itajaí, 19 de Outubro de 2022.







Documento assinado digitalmente
EDILENE DE MELO NUNES GUIRAUDELI
Data: 19/10/2022 22:52:41-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda
Edilene de Melo Nunes Guiraudeli
Gerente de Licitação
RG: 11.782.034-0 DIC/RJ
CPF: 094.156.827-01





Somos o único distribuidor autorizado para a linha de endoscopia da Fujifilm no Brasil

FUJIFILM
Value from Innovation





Matriz Santa Catarina

 Rua Izabel Ramos Fabeni, 104. São João
Itajaí - SC - 88304-050
 (47) 3046-5800
 CNPJ: 32150633/0001-72
 IE: 261601709

Filial Rio de Janeiro

 Alameda São Boaventura, 398. Fonseca
Niterói - RJ - 24120-196
 (21) 3797-4900
 CNPJ: 32150633/0004-15
 IE: 92044106

Filial São Paulo

 Av. Ermano Marchetti, 1435 - Galpão 01
Água Branca - São Paulo / SP - 05038-001
 (11) 5531-9000
 CNPJ: 32150633/0006-87
 IE: 141547910112

De: Denis Frossard de Andrade [eng.denisandrade@gmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 21 de outubro de 2022 09:19
Para: cpl4.fms.sms@epdvr.com.br
Assunto: Re: PE nº 130/2022 - Pedido de Esclarecimento

Prezado, bom dia

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa **LaborMed**, entendemos que o descritivo restringe a participação de algumas empresas, sendo assim, solicitamos alteração na especificação deste objeto, sendo ela:

Onde era lido:

01 (Um) VIDEODUODENOSCOPIO ELETRÔNICO, com as seguintes características mínimas: projetado para procedimentos endoscópicos e cirurgias endoscópicas no duodeno. Especificações técnicas: blindado e totalmente imersível em água sem a necessidade de tampa de vedação, sistema ótico: - ângulo do campo de visão: 100 graus- direção da visão: 15 graus – visão retrógrada - profundidade de campo de visão: 5-60mm imagem em tela cheia- ccd: colorido de alta resolução ponta distal- diâmetro externo: 13,5mm tubo de inserção diâmetro externo: 11,3mm angulações- para cima: 120 graus- para baixo: 90 graus para direita: 110 graus para esquerda: 90 graus. Comprimento de trabalho – 1240mm comprimento total 1560mm canal de trabalho:- pinça de biópsia: distância mínima visível a partir da ponta: 10mm – canal de biópsia: diâmetro interno: 4,2mm compatível com unidades eletrocirúrgicas. Deverá acompanhar o equipamento: escovas de limpeza, conectores, válvulas, kit de limpeza, nobreak e manual de operações.

Agora fica especificado como:

01 (Um) VIDEODUODENOSCOPIO ELETRÔNICO, com as seguintes características mínimas: projetado para procedimentos endoscópicos e cirurgias endoscópicas no duodeno. Especificações técnicas: blindado e totalmente imersível em água sem a necessidade de tampa de vedação, sistema ótico: - ângulo do campo de visão: 100 graus- direção da visão de no mínimo 5 graus – visão retrógrada - profundidade de campo de visão: 5-60mm imagem em tela cheia- ccd: colorido de alta resolução ponta distal- diâmetro externo: 13,5mm tubo de inserção diâmetro externo: 11,3mm angulações- para cima: 120 graus- para baixo: 90 graus para direita: 110 graus para esquerda: 90 graus. Comprimento de trabalho – 1240mm comprimento total 1560mm canal de trabalho:- pinça de biópsia: distância mínima visível a partir da ponta: 10mm – canal de biópsia: diâmetro interno: 4,2mm compatível com unidades eletrocirúrgicas. Deverá acompanhar o equipamento: escovas de limpeza, conectores, válvulas, kit de limpeza, nobreak e manual de operações.

Respeitosamente,

Em qui., 20 de out. de 2022 às 15:20, <cpl4.fms.sms@epdvr.com.br> escreveu:

Boa tarde

Encaminho para conhecimento e análise ao pedido de esclarecimento recebido através de email.

Cláudio de Alcântara Neves

Pregoeiro

De: Edson Lima [mailto:edson.lima@labor-med.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 20 de outubro de 2022 12:18
Para: cpl4.fms.sms@epdvr.com.br
Cc: licitacao@labor-med.com.br
Assunto: PE nº 130/2022 - Pedido de Esclarecimento

Boa Tarde;

Apresentamos em anexo pedido de esclarecimento para o pregão em referência.

Atenciosamente;



Edson Junior
Assistente de Licitação
edson.lima@labor-med.com.br

Tel: +55 21 3797-4900

WWW.LABOR-MED.COM.BR

FUJIFILM
VOLTAREDA

echosens

 Malina Kea Technologies

 MATEVA BIOMÉDICA

 ATENICH

--
Denis Frossard de Andrade
Gerente de Engenharia Clínica
Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ
Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795
www.voltaredonda.rj.gov.br/