



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELTRONICO Nº 013/2021

DE: LUCAS GUIRADO

EMPRESA: SPX DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

PEDIDO:

Referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2021 de Locação de CR Digital, previsto para ocorrer em 13/05/2021 as 09:00hs, segue abaixo esclarecimento para análise e julgamento.

- O PRAZO DE 6HRS PARA ATENDIMENTO DE CORRETIVA É PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA OU PRIMEIRO ATENDIMENTO?
- O PRIMEIRO ATENDIMENTO PODE SER FEITO REMOTO OU APENAS PRESENCIAL?
- O "MATERIAL DE CONSUMO" SERIA OS INSUMOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO?
- A QUANTIDADE DE CASSETES SOLICITADA É PARA CADA UNIDADE?
- TODAS AS UNIDADES DEVEM CONTER IMPRESSORA DRY?
- O PRIMEIRO ATENDIMENTO PODE SER FEITO REMOTO OU APENAS PRESENCIAL?
- O "MATERIAL DE CONSUMO" SERIA OS INSUMOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO?
- A QUANTIDADE DE CASSETES SOLICITADA É PARA CADA UNIDADE?
- TODAS AS UNIDADES DEVEM CONTER IMPRESSORA DRY?

RESPOSTA DO GERENTE DE ENGENHARIA CLÍNICA DA SMS/PMVR

Em resposta a solicitação de esclarecimentos da empresa SPX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, segue as devidas respostas.

- O PRAZO DE 6HRS PARA ATENDIMENTO DE CORRETIVA É PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA OU PRIMEIRO ATENDIMENTO?
 - O prazo de 6hrs se refere a solução do problema, a partir do momento em que a contratada esteja com as peças em mãos para efetuar o reparo.
- O PRIMEIRO ATENDIMENTO PODE SER FEITO REMOTO OU APENAS PRESENCIAL?
 - Sim, poderá ser efetuado através de atendimento remoto
- O "MATERIAL DE CONSUMO" SERIA OS INSUMOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO?
 - Sim, todo o material necessário para o correto funcionamento do serviço.
- A QUANTIDADE DE CASSETES SOLICIDATA É PARA CADA UNIDADE?
 - Correto
- TODAS AS UNIDADES DEVEM CONTER IMPRESSORA DRY?



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS



SISTEMA
ÚNICO
DE SAÚDE

- Não, Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos para uso em modalidades médicas, com impressão em tecnologia térmica e resolução mínima de 200 dpi para todas as imagens nela geradas.

Volta Redonda, 12 de maio de 2021.
CPL/FMS/SMS/PMVR