



## **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELTRONICO Nº 013/2021**

DE: LUCAS ALVES GUIRADO

PARA: EMPRESA: SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA

### **PEDIDO:**

A empresa SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA, estabelecida à Estrada Tenente Marques, 4961, Chácara do Solar III, CEP: 06.530-001, Santa de Parnaíba/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 09.158.640/0001-07, representada na forma do seu contrato social, vem à presença de V. Sa., apresentar esclarecimento ao edital, nos termos que passa a expor:

1º - Qual seria a marca e o modelo dos equipamentos de Raio-X já instalados nas unidades?

2º - Qual o estado de funcionamento dos equipamentos já instalados (funcionando, parado, funcionando parcialmente, etc)?

3º - O prazo de 6 horas para atendimento de corretiva é para solução do problema ou refere-se ao primeiro atendimento?

4º - Os equipamentos locados devem ser novos ou podem ser usados?

5º - O edital não especifica a quantidade de exames, dificultando saber ao certo qual equipamento comportará para a prestação do serviço. Sendo assim, qual seria a quantidade de exames ou qual seria o modelo de equipamento desejado?

### **RESPOSTA:**

Conforme resposta do Setor Solicitante/SMS/PMVR, segue:

1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por colaborador designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (24) 3339-9638 – DAL”
2. Todos em funcionamento, porém sem CR Digital, entretanto o diagnostico dos mesmos devem ser realizados pelas empresas que desejarem através de visitas técnicas previamente agendadas conforme edital.  
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por colaborador designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (24) 3339-9638 – DAL”
3. Primeiro atendimento



**4. Os equipamentos locados devem ser novos ou podem ser usados?**

Conforme republicação

*"Todos os equipamentos fornecidos pela Contratada deverão ser novos, de primeira qualidade e certificados pelo Inmetro e/ou ANVISA."*

**5. Com relação ao modelo, não especificamos um em especial, entretanto o apresentado deve atender aos requisitos mínimos do edital:**

1.2.3.3- Digitalizador com leitura mínima por hora utilizando o cassete 35x43 conforme quadro abaixo:

Unidade	Cassetes por hora
Hospital Municipal Dr. Munir Rafful Hospital Municipal São João Batista	60
Unidade de Pronto Atendimento UPA Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves Cais Conforto	45

Com relação ao quantitativo de exames:

Conforme republicação

1.2.7 Do quantitativo médio de exames diários por unidade:

Item 1 - Hospital Municipal Dr. Munir Rafful - 150 Exames;

Item 2 - Hospital Municipal São João Batista - 230 Exames;

Item 3 - Unidade de Pronto Atendimento UPA - 30 Exames;

Item 4- Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves - 50 Exames;

Item 5- Cais Conforto - 40 Exames.

Volta Redonda, 05 de março de 2021.

Shenise G. Quintino  
Pregoeira/CPL/FMS/SMS/PMVR