

De: Denis Frossard de Andrade [eng.denisandrade@gmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 7 de novembro de 2022 16:19
Para: cpl4.fms.sms@epdvr.com.br
Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 137/2022

Prezado, boa tarde

Por favor seguir as especificações do edital, somente será aceito equipamento com tela sensível ao toque.

Att,

Em seg., 7 de nov. de 2022 às 16:12, <cpl4.fms.sms@epdvr.com.br> escreveu:

Boa tarde

Encaminho para conhecimento, análise e parecer no pedido de esclarecimento referente ao Pregão na forma eletrônica 137/2022, objeto - aquisição de Bisturis Elétricos e equipamentos de Eletrocardiograma, para atender ao Hospital Municipal Doutor Munir Rafful.

Volta Redonda, 07 de novembro de 2022.

Cláudio de Alcântara Neves

Pregoeiro

CPL/FMS/SMS/PMVR

De: Fernanda Rezende [mailto:frezende@prolife.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2022 16:05
Para: cpl4.fms.sms@epdvr.com.br
Cc: Bruna Padovan Marcondes; Anna Paula L R Martins
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 137/2022

Boa tarde!

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

REF.: PE 137/2022 - Data: 11/11/2022 09:00 - Item 2 - 4 ELETROCARDIÓGRAFO

Na descrição técnica do item 2 é solicitado: “TELA: COLORIDA DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS, SENSÍVEL AO TOQUE”. Desta maneira, questionamos, serão aceitas tecnologias que possuem tela de 7 polegadas e teclado alfanumérico de membrana para inserção dos dados do pacientes e principais funções do equipamento?

Obrigada.



Fernanda Prado Rezende Felber

Engenheira Biomédica – Coordenadora de Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698 Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746

Skype: frezende_10

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

--

Denis Frossard de Andrade

Gerente de Engenharia Clínica

Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ

Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795

www.voltaredonda.rj.gov.br/

