

De: Julia Prado [juliacarprado@gmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 11:38
Para: cpl3.fms.sms@epdvr.com.br
Assunto: Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2022 - Esclarecimento - OP3911

PROPER TECNOLOGIA LTDA - 31.785.382/0001-30

Em sex., 2 de dez. de 2022 às 11:32, Julia Prado <juliacarprado@gmail.com> escreveu:
Prezados, bom dia!

Sobre o descritivo dos itens **23,24 e 25**, questiona-se:

1. Qual o motivo dos itens apresentarem a marca SIGVARIS e suas respectivas características?
2. Serão aceitas meias antiembólicas de outras marcas, sendo de qualidade superior e atendendo ao valor de referência?
3. Serão aceitas meias antiembólicas com compressões graduais pré-posicionadas ao longo da perna de 18 mmHg na região do tornozelo, 14 mmHg na região panturrilha, 8 mmHg na região poplíteia, 10 mmHg na região baixa da coxa e 8 mmHg na região alta da coxa?

Desde já agradeço e fico no aguardo dos esclarecimentos.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES.

At.te,

Julia Prado