

De: Alan Sombra [alan.sombra84@gmail.com]
Enviado em: terça-feira, 6 de dezembro de 2022 14:13
Para: cpl3.fms.sms@epdvr.com.br
Assunto: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2022 - Esclarecimento - OP3911

Prezados,

Trata-se de um pedido de esclarecimento da empresa Proper Tecnologia LTDA, quanto às indicações de marca no descritivo dos itens 23,24,25 e a possibilidade de atendimento de apresentações similares. Segue posição deste Departamento

O objeto deste pregão eletrônico é o registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos não farmacêuticos para atender determinação judicial, conforme especificações constantes no Anexo 01, Termo de Referência, deste edital. Os itens 23,24,25 já possuem determinações judiciais contra o município de Volta Redonda que indicam o fornecimento pelo município na forma que foi especificado neste processo de aquisição. O fornecimento de produto similar poderá ser recusado pelo autor do processo e resultar em petições de descumprimento de decisão.

Diante dos fatos apresentados, não aceitaremos propostas de meias antiembólicas que fujam do especificado em edital. Atenciosamente

Alan Costa Sombra
DAF/SMS
mat. 336521

Em seg., 5 de dez. de 2022 às 09:13, Alan Sombra <alan.sombra84@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: <cpl3.fms.sms@epdvr.com.br>
Date: sex., 2 de dez. de 2022 12:06
Subject: ENC: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2022 - Esclarecimento - OP3911
To: <alan.sombra84@gmail.com>

Bom dia, Alan!

Segue abaixo o pedido de esclarecimento da empresa Proper Tecnologia Ltda.

Att

Eduardo

Para: cpl3.fms.sms@epdvr.com.br

Assunto: Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2022 - Esclarecimento - OP3911

PROPER TECNOLOGIA LTDA - 31.785.382/0001-30

Em sex., 2 de dez. de 2022 às 11:32, Julia Prado <juliacarprado@gmail.com> escreveu:

Prezados, bom dia!

Sobre o descritivo dos itens **23,24 e 25**, questiona-se:

1. Qual o motivo dos itens apresentarem a marca SIGVARIS e suas respectivas características?
2. Serão aceitas meias antiembólicas de outras marcas, sendo de qualidade superior e atendendo ao valor de referência?
3. Serão aceitas meias antiembólicas com compressões graduais pré-posicionadas ao longo da perna de 18 mmHg na região do tornozelo, 14 mmHg na região panturrilha, 8 mmHg na região poplíteia, 10 mmHg na região baixa da coxa e 8 mmHg na região alta da coxa?

Desde já agradeço e fico no aguardo dos esclarecimentos.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES.

At.te,

Julia Prado