

**De:** Denis Frossard de Andrade [eng.denisandrade@gmail.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 22 de novembro de 2022 11:48  
**Para:** cpl4.fms.sms@epdvr.com.br  
**Assunto:** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS- DESCRITIVO- CENTRO DE IMAGEM DE VOLTA REDONDA- PREGÃO ELETRÔNICO155/2022- ITEM 03

Prezado, bom dia!

Em relação ao monitor de LCD, não será aceito, é de fácil conhecimento que as telas LCD estão entrando em desuso no mercado pois estão sendo substituídas pelas telas de LED pois são mais brilhantes e consomem menos energia e ainda conseguem apresentar imagens muito mais realistas, com mais cores e também mais contraste.

Em relação a tecnologia strain rate pelo método bidimensional será aceito tecnologia comprovadamente superior ao solicitado no edital.

Em ter., 22 de nov. de 2022 às 08:23, <cpl4.fms.sms@epdvr.com.br> escreveu:

Bom dia

Encaminho para conhecimento, análise e parecer no pedido de esclarecimento, referente ao Pregão na forma eletrônica 155/2022, objeto – Aquisição de equipamentos Ultrassonografia.

Cláudio de

Alcântara Neves

Pregoeiro

---

**De:** ASTOLPHO, ANDREA (GE Healthcare) [mailto:ANDREAASTOLPHO@ge.com]

**Enviada em:** segunda-feira, 21 de novembro de 2022 16:52

**Para:** cpl4.fms.sms@epdvr.com.br

**Cc:** Franco, Fabio (GE Healthcare)

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS- DESCRITIVO- CENTRO DE IMAGEM DE VOLTA REDONDA- PREGÃO ELETRÔNICO155/2022- ITEM 03

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CENTRO DE IMAGEM DE VOLTA REDONDA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2022-APARELHO DE ULTRASSOM – ITEM 03**

**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. ("GE Healthcare")** pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40, vem por meio desta requerer o quanto segue:

**DESCRIPTIVO:**

**- ITEM 3: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA**

- **“painel de controle com monitor colorido de LED ou OLED de no mínimo de 21 (vinte e uma polegadas) “ - Entendemos que monitor LED também pode ser LCD, pois ambos são feitos de cristal líquido e sendo este superior à 21polegadas, de alta resolução (HD) com 256 tons de cinza ou superior e mais de 16 milhões de cores simultâneas disponíveis atendem na íntegra ao edital.**
- **“Strain Rate pelo método bidimensional”– Entendemos que ao solicitar o recurso de “strain rate pelo método bidimensional” o edital está exigindo o Strain bidimensional longitudinal pela técnica de Speckle Tracking e também o recurso de Strain e Strain Rate por Doppler.**

Ficaremos no aguardo,

Obrigada,

Andrea Astolpho

Government Sales Administrative Analyst

GE Healthcare

T 55 11 3067 8025

M 55 11 98188 7044

[andreaastolpho@ge.com](mailto:andreaastolpho@ge.com)  
[www.gehealthcare.com](http://www.gehealthcare.com)

--  
**Denis Frossard de Andrade**  
Gerente de Engenharia Clínica  
Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ  
Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795  
[www.voltaredonda.rj.gov.br/](http://www.voltaredonda.rj.gov.br/)

