



**PROLIFE**  
tecnologia a serviço da medicina

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**Ilustríssimo Senhor Pregoeiro (a)  
Da Prefeitura Municipal de Volta Redonda**

**Pregão Eletrônico nº 160/2022/FMS/SMS/PMVR**

A empresa PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 66.783.630/0002-79, com sede na Av. Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, 6800, Pouso Alegre/MG, neste ato representada pela sua representante legal Sra. Fernanda Prado Rezende Felber, CPF nº 107.592.896-62, vem, tempestivamente e respeitosamente, conforme preconizado, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria com o desígnio de solicitar ESCLARECIMENTO os termos do Edital em referência.

**Ref.: PE 160/2022/FMS/SMS/PMVR – ITEM 7: “MONITOR MULTIPARAMÉTRICO”**

Para confirmação, o parâmetro de pressão invasiva é possibilidade futura ou deve estar habilitado para uso imediato no equipamento?

Ainda, levando em consideração a norma NBR IEC 80601-2-30, que trata das exigências sobre o parâmetro de PNI, questionamos, serão aceitos equipamentos que possuem faixa de pressão arterial média de 25 a 235 mmHg? Não extrapolando as exigências da norma citada em edital.

Nestes Termos,  
Aguardamos retorno,  
Pouso Alegre, 23 de Maio de 2023

**Fernanda Prado Rezende Felber**  
**Engenheira Biomédica – Coordenadora de Licitações**  
**RG: 17.122.445**  
**CPF: 107.592.896-62**

