



**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2022/FMS/SMS/PMVR**

EMPRESA: PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 66.783.630/0002-79

RESPOSTA:

Encaminhamos abaixo a resposta ao pedido de esclarecimento do órgão competente:

“Para confirmação, o parâmetro de pressão invasiva é possibilidade futura ou deve estar habilitado para uso imediato no equipamento?”

A pressão invasiva deverá estar pré-configurada, sendo necessário somente acessório para o funcionamento.

Ainda, levando em consideração a norma NBR IEC 80601-2-30, que trata das exigências sobre o parâmetro de PNI, questionamos, serão aceitos equipamentos que possuem faixa de pressão arterial média de 25 a 235 mmHg? Não extrapolando as exigências da norma citada em edital.

Não será aceito, pois é solicitado em edital a faixa de 25 a 250 mmHg.

*Denis Frossard de Andrade
Gerente de Engenharia Clínica
Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ”*

José Eduardo Cardoso Coradine
Pregoeiro/FMS/SMS/PMVR