



**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2022/FMS/SMS/PMVR**

EMPRESA: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
CNPJ: 68.886.605/0001-65

RESPOSTA:

Encaminhamos abaixo a resposta ao pedido de esclarecimento do órgão competente:

"Para atender aos requisitos estabelecidos no edital, serão aceitas balanças que possuam tecnologia igual ou superior à tecnologia LED, assim, serão mantidas as especificações."

*Denis Frossard de Andrade
Gerente de Engenharia Clínica
Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ"*

José Eduardo Cardoso Coradine
Pregoeiro/FMS/SMS/PMVR