
ESCLARECIMENTO, PE 167/2022/FMS/SMS/PMVR

5 mensagens

Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

28 de dezembro de 2022 às 15:32

Para: "licitacao18cpl.fms@gmail.com" <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

Cc: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 167/2022/FMS/SMS/PMVR – ITENS 9, 10 E 11

Para seguirmos com a formalização da proposta, é necessário que seja esclarecido a tecnologia do sensor de oximetria dos monitores C12 ou STAR8000F. Poderiam, por gentileza, informar qual dos conectores a seguir os monitores em questão possuem?



12 pinos redondo



DOC 10 – 14 pinos metálicos

Aguardo retorno,

Atenciosamente,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos

Trainee - Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Av. Prof. Olavo Gomes de Oliveira, 6800](#) – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>
Para: marco.santos@voltaredonda.rj.gov.br

29 de dezembro de 2022 às 09:29

Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento.
Solicitamos responder o mais breve possível, pois o Pregão Eletrônico nº 165/2022 está marcado para o dia 05/01/2022 as 09:00hs
Atenciosamente,

Shenise Quintino

Comissão Permanente de Licitação

FMS/SMS/PMVR

Tel: 24-3339-9665

[Texto das mensagens anteriores oculto]

marco.santos@voltaredonda.rj.gov.br <marco.santos@voltaredonda.rj.gov.br>
Para: Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

29 de dezembro de 2022 às 10:20

Bom dia, após consulta ao setor solicitante (Pediatria HMMR), o mesmo nos informou que os conectores em questão, são: 12 Pinos redondo.

Citando Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>:

Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento.
Solicitamos responder o mais breve possível, pois o Pregão Eletrônico nº 165/2022 está marcado para o dia 05/01/2022 as 09:00hs
Atenciosamente,

Shenise Quintino

Comissão Permanente de Licitação

FMS/SMS/PMVR

Tel: 24-3339-9665

----- Forwarded message -----

De: Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

Date: qua., 28 de dez. de 2022 às 15:32

Subject: ESCLARECIMENTO, PE 167/2022/FMS/SMS/PMVR

To: licitacao18cpl.fms@gmail.com <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

Cc: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 167/2022/FMS/SMS/PMVR ? ITENS 9, 10 E 11

Para seguirmos com a formalização da proposta, é necessário que seja esclarecido a tecnologia do sensor de oximetria dos monitores C12 ou STAR8000F. Poderiam, por gentileza, informar qual dos conectores a seguir os monitores em questão possuem?

12 pinos redondo

DOC 10 ? 14 pinos metálicos

Aguardo retorno,

Atenciosamente,

Bruna Padovan Marcondes dos Santos

Trainee - Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 ? Desm. Murilo Gattini

37561-130 ? Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

*www.prolife.com.br <<https://www.prolife.com.br/>> *

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

Para: bpadovan@prolife.com.br

29 de dezembro de 2022 às 10:30

Bom dia!

Segue resposta do pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 165/2022.

Atenciosamente,

Shenise Quintino

Comissão Permanente de Licitação

FMS/SMS/PMVR

Tel: 24-3339-9665

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

Para: bpadovan@prolife.com.br

29 de dezembro de 2022 às 10:35

Bom dia!

Retificando o número do pregão. Onde se lê referente ao ao Pregão Eletrônico nº 165/2022, leia -se referente ao ao Pregão Eletrônico nº 167/2022

Atenciosamente

Shenise Quintino

Comissão Permanente de Licitação

FMS/SMS/PMVR

Tel: 24-3339-9665

[Texto das mensagens anteriores oculto]