

## ESCLARECIMENTO - REF. PE 173/2023 Pref. Volta Redonda



**De** Beatriz Cunha <licitacoes2@lemarcbarra.com.br>  
**Para** <cpl4.fms.sms@epdvr.com.br>  
**Cópia** Daiane <licitacoes@lemarcbarra.com.br>  
**Data** 2023-11-22 08:09

Bom dia, Sr. Pregoeiro!

**Ref. PE 173/2023 - Processo: 3740/2023/FMS/SMS/PMVR**

Venho solicitar esclarecimento para o certame supracitado quanto ao item 1.

Visto que o indicador biológico é um material que necessita de equipamento para sua utilização, gostaríamos de saber se será necessário incubadora em comodato, pois não localizamos tal solicitação em edital.

Em caso de positivo, gostaríamos de saber também qual a quantidade de equipamentos necessária para atender ao órgão.

Acrescentamos que tal informação é de suma importância pois interfere no valor do objeto licitado.

Aguardamos retorno.

Att,

--

**Beatriz Cunha**

**Licitações**

TEL:(21)2408-3262



**Fwd: Re: ESCLARECIMENTO - REF. PE 173/2023 Pref. Volta Redonda**



**De** <cpl4.fms.sms@epdvr.com.br>  
**Para** <licitacoes@lemarcbarra.com.br>  
**Data** 2023-11-23 11:10

FOTO INCUBADORA.jpeg (~99 KB)

Bom dia

Segue resposta do setor solicitante referente ao pedido de esclarecimento PE 173.2023

Cláudio de Alcântara Neves  
Pregoeiro

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - REF. PE 173/2023 Pref. Volta Redonda  
Data: 2023-11-23 10:34  
De: Divisão de Abastecimento <divisaodeabastecimento.sms@gmail.com>  
Para: [cpl4.fms.sms@epdvr.com.br](mailto:cpl4.fms.sms@epdvr.com.br)

Bom dia,

Não solicitamos o comodato da incubadora porque temos em estoque.  
A incubadora é da marca BIONOVA conforme foto em anexo, caso necessite  
conhecer qual o indicador compatível deverá ser cotado.

Atenciosamente,

Celso de Aguiar Leal  
Divisão de Abastecimento  
Secretaria Municipal de Saúde  
Volta Redonda - RJ  
Tel.: (24) - 33399585/33399582

Em qua., 22 de nov. de 2023 às 13:47, <[cpl4.fms.sms@epdvr.com.br](mailto:cpl4.fms.sms@epdvr.com.br)>  
escreveu:

Boa tarde

Fineza de conhecer e manifestar quanto ao pedido de esclarecimento.

Cláudio de Alcântara Neves  
Pregoeiro

----- Mensagem original -----

Assunto: ESCLARECIMENTO - REF. PE 173/2023 Pref. Volta Redonda  
Data: 2023-11-22 08:09  
De: Beatriz Cunha <[licitacoes2@lemarcbarra.com.br](mailto:licitacoes2@lemarcbarra.com.br)>  
Para: [cpl4.fms.sms@epdvr.com.br](mailto:cpl4.fms.sms@epdvr.com.br)  
Cópia: Daiane <[licitacoes@lemarcbarra.com.br](mailto:licitacoes@lemarcbarra.com.br)>

Bom dia, Sr. Pregoeiro!

Ref. PE 173/2023 - Processo: 3740/2023/FMS/SMS/PMVR

Venho solicitar esclarecimento para o certame supracitado quanto ao item  
1.

Visto que o indicador biológico é um material que necessita de equipamento para sua utilização, gostaríamos de saber se será necessário incubadora em comodato, pois não localizamos tal solicitação em edital.

Em caso de positivo, gostaríamos de saber também qual a quantidade de equipamentos necessária para atender ao órgão.

Acrescentamos que tal informação é de suma importância pois interfere no valor do objeto licitado.

Aguardamos retorno.

Att,

--  
Beatriz Cunha

Licitações  
TEL: (21)2408 [1]-3262

Links:

-----

[1] <https://webmail-seguro.com.br/#NOP>

FOTO INCUBADORA.jpeg

~99 KB

