



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COM RESPOSTA, REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2023/FMS/SMS/PMVR**

EMPRESA: Air Liquide do Brasil Ltda
CNPJ Nº 00.331.788/0006-23

DO PEDIDO

Gostaríamos de esclarecimento referente ao item 7.3 do edital.
Ocorre que o item prevê que o atendimento deverá ser durante 48 (quarenta e oito) horas do dia.
Devemos considerar que o atendimento deverá ser em até 48 horas da solicitação, ou, que o atendimento deverá ser durante as 24h do dia e houve erro de digitação?

Em atendimento ao item 19, do edital, segue informações:

Razão Social: Air Liquide Brasil Ltda
CNPJ nº 00.331.788/0006-23

Atenciosamente,

Barbara Barbosa
Analista de licitação

RESPOSTA:

Devido a um erro de digitação, vimos informar o texto correto do item 7.3 no Anexo 01 – Termo de Referência:

“O atendimento deverá ser durante as **24 (vinte e quatro)** horas do dia, incluindo sábados, domingos e feriados e pontos facultativos, para pacientes do município de Volta Redonda, assim como o fornecimento de cilindros de oxigênio com capacidade de 4,0 à 10,0 m³, aos pacientes que porventura não se adaptarem ao uso do Concentrador de Oxigênio, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde através do S.A.D - Serviço de Atenção Domiciliar, obrigando-se para este fim seguir as especificações técnicas internacionais previstas para o uso seguro de oxigênio.

José Eduardo Cardoso Coradine
Pregoeiro CPL/FMS/SMS/PMVR
(24) 3339-9624