

**URGENTE - ESCLARECIMENTO URGENTE AO EDITAL - PE 019/2023 -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ – CAGEPA – PB - TIPO DE  
BALANÇA**

5 mensagens

Licitacao1 - KCR Equipamentos &lt;licitacao1@kcrequipamentos.com.br&gt;

16 de março de 2023 às  
08:23

Para: licitacao18cpl.fms@gmail.com

Cc: Licitacao1 - KCR Equipamentos &lt;licitacao1@kcrequipamentos.com.br&gt;

AO SR(A). PREGOEIRO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ**

– PREGÃO ELETRONICO 019/2023

**ESCLARECIMENTO**

**K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, estabelecida à [AV: Marechal Mascarenhas de Morais nº. 88](#), nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ. n.º 09.251.627/0001-90, vem através desta, esclarecer, a seguinte questão:

**- NO ITEM 3 (Balança) CONSTAM ESSAS ESPECIFICAÇÕES:**

**ITEM 03:** BALANÇA DIGITAL PORTATIL- Modo de operação digital capacidade máxima de pesagem no mínimo 200 kg, material de confecção estrutura em aço peso líquido da balança máximo 6 kg display integrado possui tara. Divisões de 50g. Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m. Display LED de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5mm de largura com backlight (iluminação do display após equipamento atingir a carga mínima). Plataforma 400x500cm. Estrutura em chapa de aço carbono. Acabamento em tinta eletrostática a pó. Padrão na cor branca. Tapete em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até capacidade máxima. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia mínima de 12 meses.

**GOSTARIA DE SABER SE A BALANÇA É PORTATIL OU COM  
REGUA ANTROPOMETRICA? DESTARTE SOLICITO SABER PARA  
PODERMOS QUANTIFICAR ADEQUADAMENTE?**

E também,

**A BALANÇA NECESSITA SER CERTIFICADA/APROVADA PELO INMETRO  
E POSSUIR SELO/LACRE DO ÓRÇÃO REGULAMENTADOR?**

**DESTE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.**

Nestes Termos,

AGUARDO.

Favor acusar o recebimento deste e-mail

Atenciosamente,

**Bruna C. Barbosa,**

**Setor de Licitação (18) 99181-4932 WhatsApp (18) 3621-2782.**

---

**Shenise quintino** <licitacao18cpl.fms@gmail.com>  
Para: Licitacao1 - KCR Equipamentos <licitacao1@kcrequipamentos.com.br>

16 de março de 2023 às 08:34

Bom dia!

Apesar de seu pedido ser intempestivo, estaremos encaminhando ao setor solicitante para responder.

***Atenciosamente,***

***Shenise Quintino***

**Comissão Permanente de Licitação**

**FMS/SMS/PMVR**

**Tel: 24-3339-9665**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Shenise quintino** <licitacao18cpl.fms@gmail.com>  
Para: Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>

16 de março de 2023 às 08:36

Segue pedido de esclarecimento do item 03 pregão eletrônico nº 019/2023  
att

***Shenise Quintino***

**Comissão Permanente de Licitação**

**FMS/SMS/PMVR**

**Tel: 24-3339-9665**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Denis Frossard de Andrade** <eng.denisandrade@gmail.com>  
Para: Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

16 de março de 2023 às 08:56

Prezado, bom dia

A balança é antropométrica e deverá ser homologada pelo INMETRO (Possuir selo com o número) e aferida pelo IPEM.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Denis Frossard de Andrade**

Gerente de Engenharia Clínica  
Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ  
Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795  
[www.voltaredonda.rj.gov.br/](http://www.voltaredonda.rj.gov.br/)



**SMS**

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE



**Shenise quintino** <licitacao18cpl.fms@gmail.com>  
Para: Licitação <licitacao1@kcrequipamentos.com.br>

16 de março de 2023 às 09:12

Bom dia!

Segue resposta do pedido de esclarecimento do item 03 do pregão eletrônico nº 019/2023

**Att**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]