



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELTRONICO Nº 023/2021

DE: GREICE TIEPNER

EMPRESA: INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA

PEDIDO:

solicitar esclarecimento com interesse em participar do Pregão em epigrafe, no que tange o prazo de entrega o edital reza conforme segue:

- a. **O prazo de entrega:** no máximo de **10 (dez) dias corridos, em parcela única**, a contar da data de recebimento da nota de empenho;
- b. **No Item 6: CARDIOVERSOR BIFÁSICO** – Peso máximo de 7 kg para o aparelho com bateria e pás de desfibrilação instaladas.

Diante disso, fazemos os seguinte questionamento:

- a. Em caso de sagrarmos vencedores do referido processo, será permitido uma eventual prorrogação do prazo de entrega para em vez de 10, o dobro, ou seja, 20 dias corridos?

OU AINDA:

Em caso de não aceite da prorrogação, poderia haver uma programação de entrega em razão da quantidade?

Exemplo: entregar 30% dos equipamentos até este prazo e, logo em seguida (aproximadamente 10 dias posteriores) mais 30% e com prazo de 45/50 dias a finalização das entregas? Pelo quantitativo do item 3 que equivale a 30 máquinas?

- b. No tocante ao peso do equipamento, solicitamos que sejam considerados aptos equipamentos os quais tenham peso de no máximo 9kg, pois equipamentos de fabricante distintos utilizam-se de diferentes materiais primas, podendo impactar diretamente no peso do produto final, então restringir o peso do equipamento ainda mais em um específico como o ora solicitado em edital apenas limita o número de participantes do processo, sendo assim DIVERSAS MARCAS APTAS a concorrer no referido certame.

RESPOSTA:

Conforme resposta do Gerente de Informação e Planejamento - DIPIQ/SMS/PMVR:

Em resposta a letra a :



Em virtude do cenário epidemiológico ao qual se encontra o nosso país, nosso estado e o município de Volta Redonda com o agravamento dos casos que necessitam de internação em leitos de UTI. Hoje a gestão está vivenciando um colapso em relação a ocupação de leitos nos hospitais municipais e tem urgência na aquisição dos equipamentos em questão, **permanece** o do prazo de entrega estabelecido no edital.

Em resposta a letra b:

O peso do equipamento solicitado (06 CARDIOVERSOS BIFÁSICO - ADULTO E PEDIÁTRICO) foi definido para facilitar a utilização pela equipe médica, tendo em vista que no mercado hoje se encontram diversos moldes podendo chegar a mais de 12kg (doze), o que dificultaria a movimentação do mesmo. Ainda, cabe ressaltar que a empresa que solicita a alteração deste peso possui em seu catalogo 2 (dois) cardioversores com peso inferior a 7kg (Cardiomax - Equipamento completo (bateria Lilon) - 6,60kg (exceto PANI) e Dualmax - Peso: 5,1kg (sem pás e baterias). 6,0kg (sem baterias). 6,6kg (completo com 1 bateria).

Volta Redonda, 12 de abril de 2021.

Shenise G. Quintino
Pregoeira/CPL/FMS/SMS/PMVR