



Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 28/2022 (34555)

5 mensagens

Cristiane <proposta@martecientifica.com.br>
Responder a: Cristiane <proposta@martecientifica.com.br>
Para: Licitacao18cpl.fms@gmail.com

9 de fevereiro de 2022 15:40

Boa tarde!

Tenho interesse em participar do Pregão Eletrônico nº 28/2022 previsto para o dia 15/02 ÀS 09:00 e gostaria de solicitar esclarecimento referente ao item 9 (balança):

Na especificação do item 9 solicita BALANÇA ANTROPOMÉTRICA com plataforma de 40 x 50 cm... Minha dúvida é: Há tolerância nas medidas solicitadas? Será aceita balança com medidas 40x40 ou 50x50 ? conforme link abaixo:

<http://www.martecientifica.com.br/produto/633/balanca-eletronica-ls300a>

Solicita divisão de 50g... Minha dúvida é: será aceita balança com divisão de 100g?

A diferença na divisão é que ao invés de pesar de 50g em 50g irá pesar de 100g em 100g.

Solicita Display em LED...será aceita balança com Display LCD com iluminação LED?

Desde já agradeço a atenção

atenciosamente,

The banner features the 'martecientifica' logo in red and grey on the left. In the center, it lists 'Cristiane Brito', 'Auxiliar de Licitação', and the email 'proposta@martecientifica.com.br' with 'ramal: 176'. Below this is a phone number '(11) 3411 - 4500' and social media icons for LinkedIn, Facebook, and Instagram with the handle '@martecientifica'. On the right, there is a '70 ANOS' anniversary logo. The background consists of a pattern of hexagons and a red diagonal stripe at the bottom.

Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>
Para: gabrielribeiroiasd@gmail.com

10 de fevereiro de 2022 09:35

Bom dia!
Segue pedido de esclarecimento .

Shenise Quintino

Comissão Permanente de Licitação

FMS/SMS/PMVR**Tel: 24-3339-9623**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>
Para: Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>

10 de fevereiro de 2022 10:25

Bom dia!
Segue pedido de esclarecimento do item 29 Pregão Eletrônico nº 028/2022
Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>
Para: Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>

10 de fevereiro de 2022 10:31

Prezada, bom dia

Em resposta aos questionamentos, segue nossas considerações.

Há tolerância nas medidas solicitadas? Será aceita balança com medidas 40x40 ou 50x50 ?

Não será aceito balanças com as medidas inferiores ao informado, somente será aceito as medidas superiores ao solicitado em edital. Portanto como a plataforma 50x50 é superior ao solicitado, será aceito.

Será aceita balança com divisão de 100g? A diferença na divisão é que ao invés de pesar de 50g em 50g irá pesar de 100g em 100g.

Está balança será utilizada para o diversos atendimentos relacionados à saúde da mulher, entre eles os atendimentos a gestantes, onde a menor divisão possível em gramas de faz de extrema necessidade para o acompanhamento gestacional. Portanto, não será aceito balanças com divisões a cima de 50g.

Solicita Display em LED...será aceita balança com Display LCD com iluminação LED?

Sim, será aceito por apresentar uma tecnologia superior ao solicitado neste edital.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Denis Frossard de Andrade
Gerente de Engenharia Clínica
Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ
Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795
www.voltaredonda.rj.gov.br/



SMS
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com>
Para: proposta@marTE.com.br

10 de fevereiro de 2022 11:01

Bom dia!

Segue a Resposta do Pedido de esclarecimento do item 09 - Pregão Eletrônico nº 028/2022
Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]