



**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023/FMS/SMS/PMVR**

EMPRESA: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
CNPJ: 55.979.736/0001-45

RESPOSTA:

Encaminhamos abaixo a resposta ao pedido de esclarecimento do órgão competente:

“Negamos a solicitação da mudança na especificação da autoclave, pois, na digital o seu funcionamento é automático, o que não ocorre com a analógica, que necessita, por exemplo, acionar botão para realizar a secagem.

Quanto ao prazo de entrega, negamos a solicitação por entendermos que o tempo exigido para a entrega do item solicitado é exequível por se tratar de equipamento de fácil aquisição no mercado nacional e pela necessidade urgente do nosso serviço.”

*Lélio Maciel Junior
DSB/SMS/PMVR*

José Eduardo Cardoso Coradine
Pregoeiro/FMS/SMS/PMVR