



RESPOSTA DO SETOR SOLICITANTE AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADO PELA EMPRESA J. BIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI:

PE Nº 068/23/FMS/SMS/PMVR – PROC. Nº 0526/2023/FMS/SMS/PMVR

Após contato com o Setor Solicitante, a Coordenadora do CTI do HMMR – Hospital Municipal Dr. Munir Rafful/SMS/PMVR, em atenção ao Pedido de Impugnação acerca do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 068/2023/FMS/SMS/PMVR, apresentado pela Empresa J. Bio Equipamentos Hospitalares Eireli, informou as seguintes alterações:

Item nº 4: **CATÉTER PARA PUNÇÃO ARTERIAL EM PEPAX MICROSELD:**

- TAMANHO: 3 FR X 5 A 8CM
- ACOMPANHA: 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO E 1 (UMA) GUIA METÁLICO
- GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

Item nº 5: **CATÉTER PARA PUNÇÃO ARTERIAL EM PEPAX MICROSELD:**

- TAMANHO: 4 FR X 11 A 15 CM
- ACOMPANHA: 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO E 1 (UMA) GUIA METÁLICO
- GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

Volta Redonda, 29 de maio de 2023.

Daniele Amaral V. Soares
Coordenadora/CTI/HMMR

Marco Aurélio
Compras/HMMR

Maria Helena M. de Aragão
Pregoeira/FMS/SMS