



Comissão de Contratação CCP FMS <ccp.fms@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE 90001/2024 ITEM 3

2 mensagens

licitacoes3 Biocon <licitacoes3@biocondiagnosticos.com.br>

3 de abril de 2024 às 09:05

Para: ccp.fms@gmail.com

Bom dia !

Venho por meio deste, solicitar um esclarecimento quanto ao item 3 do edital, em que se diz no termo de referência que o teste dengue precisa ser Ns1 e Igg/Igm.
Neste caso, temos dois métodos no mesmo teste ? Ou o teste Ns1 **OU** Igg/Igm atenderia ? Visto que ambos tem um alto grau de especificidade e sensibilidade.

--
Desde já agradeço.

Att;

Giovana Allexia

Licitações

 (31) 9 8845-8342 | 2552-8384www.biocondiagnosticos.com.br**Comissão de Contratação CCP FMS** <ccp.fms@gmail.com>

8 de abril de 2024 às 14:54

Para: licitacoes3 Biocon <licitacoes3@biocondiagnosticos.com.br>

Boa tarde!

Segue resposta do setor solicitante na pessoa do seu representante Sr Marcelo Alves dos Anjos -
Coord.LMSP/SMS/PMVR
Conforme solicitado, quanto ao item 3 do Edital, esclareço que há necessidade técnica e operacional em ser Teste Rápido DENGUE NS1, IgG e IgM em apenas um cassete.
Diante disso concluo que o produto não atende.

Atenciosamente,

Shenise Quintino**Licitação/SMS/PMVR****(24) 3512-8166 - Whatsapp**

[Texto das mensagens anteriores oculto]