



Comissão de Contratação CCP FMS <ccp.fms@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024

4 mensagens

Cesar Alonso <cesar.alonso58@gmail.com>

29 de abril de 2024 às 10:40

Para: ccp.fms@gmail.com, Cesar Alonso <cesar.alonso58@gmail.com>

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMVR

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024
PROCESSO 0581/2024

A empresa **ConMed do Brasil Comercio, Importação e Exportação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ: 23.351.545/0001-48 I.E.: 129.931.323.111. Endereço [Rua Doutor Renato Paes de Barros, 955 – Andar 4, Sala 41, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP: 04530-001, Telefone 11 2391-6455](#), gostaríamos de pedir esclarecimento da seleção em específico retirada do Termo de Referência:

"Um insuflador de CO2: eletrônico, automático e microprocessado; fluxo de insuflação de 0 a 40 l/min, ajuste de pressão intracavitária 0 a 25 mmHg, indicadores mínimos: reserva de gás, pressão no paciente, fluxo e volume de gás; tela sensível ao toque".

Precisamos saber se um insuflador com ajuste de pressão intracavitária 0 a 20 mmHg atenderia a demanda da instituição ou se seria motivo para desclassificação?

São Paulo, 29 de abril de 2024

CONMED DO BRASIL
Sandro da Costa Dian
CPF.: 167.812.978-05
RG.: 22.289.810-0
Diretor Geral

Comissão de Contratação CCP FMS <ccp.fms@gmail.com>

29 de abril de 2024 às 10:54

Para: eng.denisandrade@gmail.com

Segue o Pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 90016/24

Att.

Shenise Quintino

Licitação/SMS/PMVR

Tel: (24) 3512-8166

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Denis Frossard de Andrade <eng.denisandrade@gmail.com>

29 de abril de 2024 às 15:44

Para: Comissão de Contratação CCP FMS <ccp.fms@gmail.com>

Prezada, boa tarde

Alguns procedimentos cirúrgicos podem exigir pressões intracavitárias mais altas do que 20 mmHg para alcançar uma visualização adequada ou para manter a integridade dos tecidos durante o procedimento. Portanto, uma faixa de

ajuste mais ampla, como 0 a 25 mmHg, é necessária para garantir que o dispositivo seja adequado para uma variedade de situações clínicas.
Assim, a especificação será mantida.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Denis Frossard de Andrade

Gerente de Engenharia Clínica
Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ
Telefone: (24) 3339-9644 (24) 99968-8795
www.voltaredonda.rj.gov.br/



SMS

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



Comissão de Contratação CCP FMS <ccp.fms@gmail.com>
Para: cesar.alonso58@gmail.com

29 de abril de 2024 às 16:52

Boa tarde!

Segue resposta do Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 90016/2024

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]