



Comissão de Contratação CCP FMS &lt;ccp.fms@gmail.com&gt;

---

**esclarecimento**

---

**SERRA DAS ARARAS** <serra\_araras@yahoo.com.br>

25 de junho de 2024 às 10:03

Para: "ccp.fms@gmail.com" &lt;ccp.fms@gmail.com&gt;

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA -RJ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90069/2024  
PROCESSO Nº 0308/2024  
A/C: PREGOEIRO

REF. ESCLARECIMENTO

**Comercial de Equipamentos Médicos Hospitalares Serra das Araras Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.117.794/0001-80, com sede à [Avenida dos Acadêmicos, 40](#), Country Clube, Pirai- RJ, CEP: 27.175-000, vem respeitosamente, à presença de V. S<sup>a</sup>, requerer ESCLARECIMENTO, do item MARCAPASSO a especificação é UNICAMERAL OU BICAMERAL ( de câmara dupla ) ?

Os demais descritivo (unicameral) esta divergindo deste item /palavra (camera dupla -bicameral)

guardo o retorno  
att  
Ronald Tavares Fajardo Junior  
socio administrador  
OAB/RJ 201085

ESCLARECIMENTO, do item MARCAPASSO a especificação é UNICAMERAL OU BICAMERAL ( de câmara dupla ) ?

Os demais descritivo (unicameral) esta divergindo deste item /palavra (câmara dupla -bicameral)

A CPL

O MARCAPASSO DEVE SER BICAMERAL,  
COM A POSSIBILIDADE DE FUNCIONAR COMO  
UNICAMERAL PARA RESPIRADOR EXCLUSIVA-  
MENTE VENTRICULAR.

Jaques Gomes Azeiteiro  
CRM 52.98111-2.

Rogério Luís de Almeida  
Diretor Médico - HMMR  
CRM 5284975-8