

---

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO "ITEM 1": PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90083/2024**

1 mensagem

---

**Bressan, Regiane** <regiane.bressan@zeiss.com>  
Para: "ccp.fms@gmail.com" <ccp.fms@gmail.com>

24 de julho de 2024 às 19:51

Ilmo.(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de Volta Redonda / RJ,

Tendo interesse em participar do pregão eletrônico em referência, a CARL ZEISS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº: 33.131.079/0007-34 e Inscrição Estadual nº 260.186.643, vem solicitar o seguinte esclarecimento com relação a especificação técnica do ITEM 1: Facoemulsificador:

**Com relação a exigência de "CANETA DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM 06 CRISTAIS e PONTEIRAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO PARA INCISÃO DE 2,75MM" vimos questionar se poderá ser aceito equipamento com "4 CRISTAIS", tendo em vista que um único fabricante possui caneta com esta características: Bausch + Lomb, com o modelo Stellaris, o que impediria nossa participação neste Certame, restringindo também a participação de outros concorrentes para o referenciado objeto.**

Certos de podermos contar com a atenção dos senhores, ficaremos no aguardo da vossa manifestação, que desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Regiane

---

**Regiane Bressan**

Analista de Licitações Sênior

Front Office – MED / IQS / RMS

Carl Zeiss do Brasil Ltda.

[Av. das Nações Unidas, 12.495 – Cj. 91 – 9º andar - Cidade Monções](#)

CEP 04578-000, São Paulo - SP - Brasil

SAC: 0800 770 5556

[regiane.bressan@zeiss.com](mailto:regiane.bressan@zeiss.com)

[www.zeiss.com.br](http://www.zeiss.com.br)