

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 90084.2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA

1 mensagem

Helisa Almeida <licita@rtsrio.com.br>

25 de julho de 2024 às 09:21

Para: ccp.fms@gmail.com

Cc: "Carolina (Coordenadora de Licitação RTS)" <moliveira@rtsrio.com.br>, Amanda Messias Ferraz <aferraz@rtsrio.com.br>, Erica Galvão <egalvao@rtsrio.com.br>, Franciny Alves Ferreira <falves@rtsrio.com.br>, "Marcus Vinicius Barbosa (RTS - Instrumentador Cirúrgico)" <mbarbosa@rtsrio.com.br>, Elaine Cabral de Souza Batista <ebatista@rtsrio.com.br>

A Comissão de Licitação e Contratos

Prezados Senhores, bom dia!

A empresa RTS RIO S.A., estabelecida na Rua Nossa Senhora das Graças, Nº 943, Ramos - Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.031-611, inscrita no CNPJ Nº 04.050.750/0001-29, vem respeitosamente, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital, pela razão de fato e de direito a seguir exposta.

Conforme observado abaixo:

02	und	04	CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR com forma de onda bifásica, integrados com opção de sincronismo e marca-passo externo transcutâneo. Características técnicas mínimas: Faixa de energia mínima de 2 a 200 Joules; ajuste de carga o ajuste de carga deve atender protocolo de desfibrilação interna e externa adulto e pediátrico; tempo de recarga máximo 6 segundos para carga de 200J; Possuir display em LCD colorido de no mínimo 5,0"polegadas; Gabinete Polímero de alta resistência, resistente a impactos e penetração de líquidos; condição da bateria (bateria completamente carregada ou fora de bateria baixa; faixa mínima de impedância do paciente, para a qual o equipamento consegue realizar desfibrilação externa, por ex.: 25 a 180Ohms; sistema de comutação eletrônica de alta velocidade para entrega da energia bifásica; tipos de eletrodos de desfibrilação desejados: reutilizáveis e/ou descartáveis; monitoração da condição de funcionamento dos eletrodos: falha ou redução de contato dos eletrodos de desfibrilação com indicação da falha; modo de Auto teste: para indicação de possíveis falhas eletrônicas, falhas de conexões, falhas de	29.858,09	119.432,36	AMPLA CONCORRÊNCIA
----	-----	----	--	-----------	------------	--------------------

			bateria; cronômetro Integrado; comando de carga e descarga de energia: no painel e nas pás; tipo de seleção e acionamento das funções: teclado de membrana e botão rotatório para seleção de parâmetros e valores, inclusive da carga; memória de eventos e registro do traçado de ECG do paciente, anterior e posterior à descarga de energia: especificar número mínimo de descargas; registro e armazenamento de códigos de falhas; recurso para visualização de dados da memória; as alças para transporte. Número de canais e parâmetros a serem mostrados simultaneamente, quatro curvas em tela: ECG (2 curvas) cascata, Oximetria (1 curva) e Capnografia (1 curva), Pressão Arterial não Invasiva (em números), indicação do modo de operação; indicação de modo sincronismo acionado; mostrar em tela a energia selecionada e entregue; indicadores e Alarmes Audiovisuais ajustáveis para: bradicardia e taquicardia; eletrodo solto; carga completa; baixo nível de carga na bateria; indicação visual de: bateria em carregamento; nível de carga da bateria; o indicador sonoro durante carregamento de energia; Modos de Operação Manual: Faixa mínima de energia entregue 2 a 200J; tempo de descarga do desfibrilador inferior a 6s;			
--	--	--	--	--	--	--

Questionamento 1:

No item 02 que é o cardioversor/desfibrilador pede apresentação de 04 curvas na tela. No entanto, poderão ser aceitos equipamentos que apresentem até 03 curvas?

Ficamos no aguardo do esclarecimento, a fim de sanar todas as dúvidas.

Certas da sua compreensão, agradecemos desde já.

Att.,

Helisa Cristina Guedes De Almeida

ANALISTA DE LICITAÇÃO

+55 21 99629-6579

+55 21 3869-7801 (Ramal 3361)



www.rtsrio.com.br



Esta mensagem é reservada. Sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e depende de prévia autorização desta empresa. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta empresa de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente.