
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 90084.2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA

Helisa Almeida <licita@rtsrio.com.br>

1 de agosto de 2024 às 08:14

Para: ccp.fms@gmail.com

Cc: "Carolina (Coordenadora de Licitação RTS)" <moliveira@rtsrio.com.br>, Amanda Messias Ferraz <aferraz@rtsrio.com.br>, Erica Galvão <egalvao@rtsrio.com.br>, Franciny Alves Ferreira <falves@rtsrio.com.br>, "Marcus Vinicius Barbosa (RTS - Instrumentador Cirúrgico)" <mbarbosa@rtsrio.com.br>, Elaine Cabral de Souza Batista <ebatista@rtsrio.com.br>

A Comissão de Licitação e Contratos

Prezados Senhores, bom dia!

A empresa RTS RIO S.A., estabelecida na [Rua Nossa Senhora das Graças, Nº 943, Ramos - Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.031-611](#), inscrita no CNPJ Nº 04.050.750/0001-29, vem respeitosamente, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital, pela razão de fato e de direito a seguir exposta.

Em complemento ao esclarecimento enviado segue abaixo, outra observação:

- O edital solicita "Tempo máximo de carregamento total da bateria de 4 horas." o cardioversor TEC-5631 da empresa NIHON KOHDEN como os demais equipamentos do mercado, deve ser mantido sempre conectado à rede elétrica quando não está em uso, mesmo possuindo uma incrível autonomia de mais de 100 choques em sua energia máxima (270 Joules), ou mais de 3 horas de monitoramento. Tendo em vista esta especificação, nosso equipamento precisa de 5 horas para recarregar a bateria caso ela se esgote, porém, o edital solicita equipamento que possua capacidade para 100 choques ou monitoramento de 2,5 horas, solicitamos aceite do equipamento mesmo com o tempo de carga ligeiramente maior.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]